

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MATENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES Y DEL HOSPITAL EGARSAT DE EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N°276.

CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de este Pliego es recoger las prescripciones técnicas que regirán la contratación del Servicio de mantenimiento y conservación de los equipos médicos, quirúrgicos y de valoración de los distintos centros asistenciales y hospital de Egarsat mutua colaboradora con la seguridad social n° 276, que figuran en el **Anexo A**.

En concreto, esta licitación define el servicio integral de gestión para el mantenimiento de Productos Sanitarios Activos No Implantables, PSANI, pertenecientes a las clases I, IIa, IIb y III según se indica en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los Productos Sanitarios atendiendo a la vulnerabilidad que ante ellos presenta el cuerpo humano.

La Organización Mundial de la Salud, en sus documentos técnicos, define como Equipo Médico todo aquel Dispositivo médico que exige calibración, mantenimiento, reparación, capacitación del usuario y desmantelamiento, actividades que por lo general están a cargo de ingenieros clínicos. Los equipos médicos se usan con un fin determinado de diagnóstico y tratamiento de enfermedades o de rehabilitación después de una enfermedad o lesión; se los puede usar individualmente, con cualquier accesorio o consumible o con otro equipo médico. El término “equipo médico” excluye los implantes y los dispositivos médicos desechables o de un solo uso.

Los PSANI son bienes con un efecto directo sobre los pacientes. A menudo, exigen una inversión considerable y muchas veces tienen altos costes de mantenimiento. Por lo tanto, es importante contar con un programa de mantenimiento adecuadamente planificado y gestionado, para que los PSANI de nuestros centros sanitarios sean fiables y estén disponibles cuando se los necesita para procedimientos diagnósticos y para el tratamiento y seguimiento de los pacientes. Además, un programa de este tipo prolonga la vida útil de los equipos y minimiza los costos relacionados con su posesión.

Por lo anterior, todas las empresas licitadoras deberán disponer de los medios necesarios así como de los correspondientes acuerdos de colaboración con la casa matriz de cada uno de los equipos objeto de licitación, según el lote, para poder llevar a cabo la prestación del servicio objeto de licitación con la calidad y exigencias requeridas en el presente pliego de Prescripciones Técnicas. En este sentido, EGARSAT podrá solicitar, en cualquier momento durante el procedimiento de licitación, la acreditación emitida por parte del fabricante de los equipos (objeto del lote al cual liciten), necesaria para la reparación y mantenimiento de los mismos, pudiendo excluir a aquél licitador que no acredite tal requisito.

En este sentido, durante la fase de evaluación de ofertas y en concreto, del SOBRE B (Documentación Técnica valorable mediante juicios de valor) el Departamento de Mantenimiento de EGARSAT podrá requerir a las empresas licitadoras cualquier documentación o justificación que acredite lo anteriormente expuesto.

Aquellas ofertas que no dispongan de los acuerdos de colaboración con la casa matriz o medios necesarios para la correcta ejecución del contrato, serán rechazadas de la licitación.

CLAUSULA 2.- NORMATIVA APLICABLE Y AMBITO DE APLICACIÓN.

Las prestaciones y tareas a realizar, para la ejecución de los servicios demandados, estarán enmarcados principalmente dentro de la siguiente Normativa, así como de cualquier otra vigente o que pudiera entrar en vigor durante la ejecución del contrato:

- **Real Decreto 1591/2009**, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
- **CIRCULAR Nº 3/2012**, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Recomendaciones aplicables en la Asistencia Técnica de Productos Sanitarios en los Centros Sanitarios.
- **UNE-EN 60601-1**, Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.
- **UNE -EN 20611-79**, Aspectos básicos de seguridad del equipo eléctrico utilizado en la práctica médica.
- **UNE-EN 62353:2009**, Equipos electromédicos. Ensayos recurrentes y ensayos después de reparación del equipo electromédico.
- **UNE 179003:2013**, Servicios sanitarios. Gestión de riesgos para la Seguridad del paciente.
- **UNE 20673-2-6-1988**, Sobre emisiones electromagnéticas de los equipos de onda corta (inductivos) y microondas.

El ámbito de aplicación del pretendido contrato comprende la relación de instalaciones y equipos médicos y de rehabilitación, según lote, de los distintos centros de Egarsat mutua colaboradora con la seguridad social nº 276, y que se adjuntan al presente documento como **Anexo A**, así como aquellos que en un futuro pudieran incorporarse al mismo, previa comunicación al adjudicatario del contrato. Además, están también incluidos todos los periféricos asociados a cada uno de los equipos, según corresponda.

No obstante, esta relación inicial no tiene carácter exclusivo, sino que, debido a posibles cambios en estas instalaciones (bajas/altas), podría verse modificado en un futuro el **Anexo A**.

Asimismo si el equipo, no estuviera funcionalmente operativo por disposición de Egarsat, el importe del mantenimiento durante el tiempo afectado no podrá ser facturado a Egarsat, debiendo reflejarse dicha circunstancia en la factura correspondiente.

CLAUSULA 3.- CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Las empresas licitadoras tendrán la obligación de conocer el estado real de conservación y

adecuación de los diferentes equipos e instalaciones objeto de esta licitación, previo a la formulación de sus ofertas. De este modo, comprobarán el tipo de equipos, espacio, distribución, instalaciones, etc., con el objeto de cumplir con todas las exigencias que figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Para ello y con objeto de facilitar dicho conocimiento, las empresas que deseen presentar oferta deberán visitar los centros sanitarios, donde se ejecutarán los trabajos derivados del objeto de la presente licitación para poder adecuar correctamente la propuesta técnica y económica a presentar. **Esta visita será condición imprescindible para poder presentar la oferta.**

La fecha prevista para la visita será la indicada en el APARTADO 25º del Cuadro de Características Específicas del Contrato y se deberá confirmar previamente la asistencia con el Departamento de Contratación de EGARSAT vía correo electrónico a licitaciones@egarsat.es, indicando claramente en el mismo el número de Expediente de la presente licitación, nombre e identificación fiscal de la empresa y persona/s de contacto.

Las visitas serán certificadas in-situ, mediante certificado validado por el responsable del Servicio el día de la visita a los centros asistenciales y deberá ser presentado por los licitadores en el SOBRE A (DOCUMENTACIÓN GENERAL), según lo dispuesto en la Cláusula 16ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Las empresas adjudicatarias deberán prestar el servicio en los centros asistenciales y hospital en su estado real, al comienzo de la actividad del contrato, sin que puedan aducir ningún inconveniente o reparo por ello.

CLAUSULA 4.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS.

4.1.- Descripción de los lotes

La clasificación de los lotes en el entorno de EGARSAT responderá a las siguientes familias:

- .- LOTE 1: Equipos Médicos Rehabilitadores
- .- LOTE 2: Equipos Médicos de Diagnóstico Asistencial y Soporte Vital
- .- LOTE 3: Equipos Médicos Quirúrgicos

4.2.- Equipos Médicos Rehabilitadores (LOTE 1):

Este Lote comprende todo equipo médico que se utilice como tratamiento terapéutico para la rehabilitación del paciente, la relación de los mismos se detallan en el **Anexo A** del presente documento. Como ejemplo de la tipología de los mismos, pueden ser equipos de:

- .- Rehabilitación Activa (cinta de correr, elíptica, step, etc...)
- .- Electroterapia
- .- Magnetoterapia
- .- Sonoterapia
- .- Hidroterapia
- .- Equipos láser
- .- Presoterapia

- .- Ondas de Choque
- .- Baños de parafina
- .- Baño de contraste
- .- Baño de remolino
- .- Pack Heater
- .- Cold Pack
- .- Lámparas Infrarrojos

Dentro del protocolo derivado de cada mantenimiento preventivo, la empresa adjudicataria comprobará, entre otros puntos a testear para este lote, que cumplan con las especificaciones del fabricante a nivel de calidad de servicio y que cumplan con el test de seguridad eléctrica según sean dispositivos pertenecientes a las clases I, IIa, IIb y III según se indica en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre, por el que se regulan los Productos Sanitarios atendiendo a la vulnerabilidad que ante ellos presenta el cuerpo humano. Además se tendrá especial atención a los equipos de Sonoterapia en que cumplan con EL REGLAMENTO UNE 20673-2-6-1988, Sobre emisiones electromagnéticas de los equipos de onda corta (inductivos) y microondas.

4.3.- Equipos Médicos de Diagnóstico Asistencial y Soporte Vital (LOTE 2):

.- Equipos Médicos de Diagnóstico Asistencial

En este Lote están comprendidos todos los equipos médicos que se utilizan dentro del área sanitaria para el diagnóstico médico del paciente, la relación de los mismos se detallan en el **Anexo A** del presente documento. Como ejemplo de la tipología de los mismos, pueden ser equipos:

- .- Esfigmomanómetros
- .- Básculas - tallímetros
- .- Camillas eléctricas
- .- Camillas hidráulicas
- .- Pulsioxímetros
- .- Monitores de constantes
- .- Microscopios
- .- Espirómetros
- .- Audiómetros
- .- Control de Visión
- .- Electrocardiógrafos
- .- Dinamómetros
- .- Equipo mural otoscopio / oftalmoscopio

Dentro del protocolo derivado de cada mantenimiento preventivo, la empresa adjudicataria comprobará, entre otros puntos a testear para este lote, que cumplan con las especificaciones del fabricante a nivel de calidad de servicio y que cumplan con el test de seguridad eléctrica según sean dispositivos pertenecientes a las clases I, IIa, IIb y III según se indica en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre por el que se regulan los Productos Sanitarios atendiendo a la vulnerabilidad que ante ellos presenta el cuerpo humano.

.- Equipos Médicos Soporte Vital

Dentro de este Lote están comprendidos todos los equipos alimentados eléctricamente cuya operación continua es necesaria para mantener y/o reanimar la vida de un paciente, la relación de los mismos se detallan en el **Anexo A** del presente documento Como ejemplo de la tipología de los mismos, pueden ser equipos:

- .- Respiradores
- .- Desfibriladores Automáticos
- .- Desfibriladores Semi Automáticos
- .- Carros de paradas
- .- Maletas de Emergencia

Dentro del protocolo derivado de cada mantenimiento preventivo, la empresa adjudicataria comprobará, entre otros puntos a testear para este lote, que cumplan con las especificaciones del fabricante a nivel de calidad de servicio y que cumplan con el test de seguridad eléctrica según sean dispositivos pertenecientes a las clases I, IIa, IIb y III según se indica en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre por el que se regulan los Productos Sanitarios atendiendo a la vulnerabilidad que ante ellos presenta el cuerpo humano.

4.4.- Equipos Médicos Quirúrgicos (LOTE 3):

Dentro de este Lote están comprendidos todos los equipos médicos que se utilizan dentro del Bloque quirúrgico para la cirugía médica del paciente, la relación de los mismos se detallan en el **Anexo A** del presente documento. Como ejemplo de la tipología de los mismos, pueden ser equipos de:

- .- Torres de Artroscopia
- .- Torniquetes
- .- Bombas de Perfusión // Infusión
- .- Electro bisturís
- .- Motor dermoabrasión
- .- Mesas Quirúrgicas
- .- Torres de Anestesia
- .- Autoclave
- .- Incubadora
- .- Desinfectadora // Lavadora
- .- Triturador de Cuñas

Dentro del protocolo derivado de cada mantenimiento preventivo, la empresa adjudicataria comprobará, entre otros puntos a testear para este lote, que cumplan con las especificaciones del fabricante a nivel de calidad de servicio y que cumplan con el test de seguridad eléctrica según sean dispositivos pertenecientes a las clases I, IIa, IIb y III según se indica en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de Octubre por el que se regulan los Productos Sanitarios atendiendo a la vulnerabilidad que ante ellos presenta el cuerpo humano, además se atenderá a la siguiente normativa:

- .- UNE-EN 60601-1:1993. Equipos electromédicos. Requisitos generales para la seguridad.
- .- UNE-EN 60601-1:2008. Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.
- .- UNE -EN 20611-79. Aspectos básicos de seguridad del equipo eléctrico utilizado en la práctica médica.

- .- UNE-EN 62353:2009 Equipos electromédicos. Ensayos recurrentes y ensayos después de reparación del equipo electromédico.
- .- UNE 179003:2013 Servicios sanitarios. Gestión de riesgos para la Seguridad del paciente.

CLAUSULA 5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

5.1.- Condiciones Generales

Las condiciones generales, por las cuales se registrá el pretendido servicio, serán las correspondientes al **Servicio de mantenimiento y conservación de los equipos médicos y quirúrgicos de los distintos centros asistenciales y hospital de Egarsat mutua colaboradora con la seguridad social nº 276**, y que se adjuntan al presente documento como **Anexo A, según Lote.**

De forma general, salvo excepciones, el horario de atención al público de los Centros Asistenciales donde se encuentran los equipos objeto de esta licitación es de las 8:00 hasta las 20:00 de lunes a viernes, ambos inclusive, excepto festivos. Del mismo modo, el horario laboral, referente al ámbito de aplicación de esta licitación, del Hospital donde se encuentran los equipos objeto de esta licitación será de 6:00 hasta las 22:00 de lunes a sábados, ambos inclusive, excepto festivos. Por ello, como norma general, todas las acciones se realizarán en dicho horario.

Todas las actuaciones a prestar por este servicio estarán encaminadas a la consecución de los siguientes objetivos:

a) Vigilar y controlar técnicamente las instalaciones y verificar su correcto funcionamiento con las mayores garantías de fiabilidad y rendimiento, con objeto de evitar, en la medida de lo posible, accidentes e interrupciones en el servicio de las mismas.

b) Asegurar el mantenimiento preventivo establecido, y/o proponer nuevos o modificaciones de los existentes al Departamento de Mantenimiento de EGARSAT MCSS Nº276, respecto de las instalaciones y sus equipos. Ejecutar actividades programadas de limpieza, toma de parámetros de funcionamiento, mediciones y comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes, reglajes, engrases, etc... conforme a una planificación sistemática de tareas y acciones, para ser llevadas a cabo regularmente, sobre las mismas, con la finalidad de lograr el buen funcionamiento y estado a corto, medio y largo plazo.

c) Llevar a cabo el mantenimiento correctivo o corrección de averías que se pudieran producir en el curso del desarrollo normal del servicio en las instalaciones, equipos, elementos componentes y partes, efectuando las reparaciones pertinentes.

d) Vigilar y controlar que todas las instalaciones cumplan con la normativa exigible en cada caso, y asegurar que se encuentran en condiciones satisfactorias para llevar a cabo las revisiones obligatorias, que realicen los correspondientes organismos oficiales. Entregar al Departamento de Mantenimiento de EGARSAT MCSS Nº276, al menos una vez al año, un informe exhaustivo explicando las deficiencias observadas, las correcciones, y las inversiones necesarias a realizar en la instalación, para su correcto uso, según normativa vigente.

e) Proponer y asegurar la existencia y control de un nivel lógico de stocks de piezas y materiales de repuesto, de acuerdo con las especificaciones técnicas y recomendaciones de los fabricantes de los equipos, permitiendo con ello, en todo momento, evitar demoras e interrupciones en el funcionamiento y favorecer el buen estado de los sistemas.

Además deberá atender los objetivos anteriormente citados bajo las siguientes normas

generales de actuación:

a) La organización y administración de los servicios de mantenimiento corresponden a la empresa adjudicataria siempre y cuando cumpla con los plazos determinados de los servicios a prestar, sin perjuicio de que el Departamento de Mantenimiento de EGARSAT podrá en cualquier momento asignar prioridad a otros trabajos en función de las necesidades del servicio.

b) El adjudicatario dispondrá de un servicio de atención de averías 24h-365 días al año, en el que se atenderá los avisos de averías de cualquier instalación y/o equipo incluido en el presente pliego, según lote al que liciten. Dichos avisos se atenderán preferentemente con el personal que mantenga habitualmente las instalaciones. El tiempo máximo de intervención será de 12h a partir de la recepción de la Orden de Trabajo. A tal efecto el Adjudicatario pondrá a disposición de EGARSAT, al inicio del contrato, un número de teléfono, correo electrónico y Fax, específico para este servicio. La falta de atención a un aviso de avería o tardanza en la intervención, será considerada incumplimiento contractual.

c) EGARSAT podrá exigir al Adjudicatario la realización de determinados trabajos en horarios determinados para evitar molestias a los usuarios de los centros. La variación de los horarios de referencia por este motivo, no ocasionarán facturación extraordinaria por parte del Adjudicatario.

d) El personal del adjudicatario, se atenderá a las normas de seguridad que fije EGARSAT, debiendo aquella, facilitar listado de personal asignado al servicio al inicio del mismo con nombre, apellidos, NIF y tc2, que deberá mantener actualizada durante la prestación del mismo, esto es, deberá facilitar los citados datos cada vez que haya una variación en el personal asignado.

e) Todos los repuestos que deban ser substituidos a causa de la ejecución de cualquier mantenimiento preventivo, correctivo y/o técnico legal, deberán ser originales de la marca perteneciente al equipo correspondiente y de igual calidad o superior a los retirados. Este hecho deberá ser justificado por medio de los certificados de recambios originales de la propia marca.

5.2.- Descripción de los trabajos

Los trabajos de mantenimiento que se incluyen en este contrato se engloban en los siguientes tipos: Preventivo, Correctivo y Técnico-Legal.

Además, compondrán el servicio los siguientes trabajos:

- Realización de Revisiones periódicas en la totalidad de los equipos médicos y de rehabilitación relacionados en el **Anexo A** para cada lote, realizando para ello todas aquellas comprobaciones, mediciones y pruebas establecidas por las disposiciones vigentes para el Mantenimiento de las mismas.

- Realización de informes detallados y razonados técnicamente, al inicio de la prestación del servicio y tras cada una de las revisiones a partir de la fecha de formalización del contrato, sobre el estado de las instalaciones mencionando: las pruebas realizadas, resultados obtenidos, deficiencias detectadas, en el que se especifique si el equipo cumple o no con lo establecido en la normativa vigente, posibles soluciones, observaciones, incluyendo, si fuera el caso, presupuesto de reparación completamente desglosado.

5.2.1.- Mantenimiento Preventivo

Se considera bajo esta denominación las operaciones periódicas, como actualizaciones del software (update), verificaciones, inspecciones, reglajes, calibraciones, engrases y sustitución de piezas o consumibles realizadas en las máquinas o equipos componentes de la instalación, con la finalidad de lograr una conservación adecuada, alcanzar la máxima calidad de tratamiento posible, conseguir el mejor rendimiento energético posible y alcanzar el máximo grado de seguridad en su manejo para el operador y el paciente.

El Plan de Mantenimiento Preventivo cumplirá con todas las especificaciones y normas recogidas en los Reglamentos y Normas vigentes (descritas en la CLAUSULA 2 "Normativa Aplicable y Ámbito de Aplicación") o que puedan entrar en vigor a lo largo de la duración del contrato y además deberá contener, como mínimo, todos los puntos de revisión que cumpla con lo estipulado en la cláusula "4.- CALSIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS", del presente pliego técnico sin perjuicio de cumplir con todas las especificaciones que el fabricante prevea en su documentación técnica.

Como mínimo, los planes de mantenimiento preventivo deberán contemplar una revisión anual para cada equipo o instalación y sus periféricos incluidos en el Anexo A, según al lote al que liciten.

Se organizará el calendario de actuaciones preventivas específicas para cada equipo, del lote al que liciten, realizando un horario laboral que no influya en la actividad del Servicio de los Centros Asistenciales ni Hospital. Dichas fechas serán pactadas con el Responsable del Departamento de Mantenimiento de Egarsat o quien este delegue, y requerirá de su aceptación para la puesta en marcha de los programas de mantenimiento preventivo.

Para cada uno de los equipos o componentes de la instalación, se confeccionarán las Tareas de Mantenimiento, estas deberán cumplir con lo dispuesto en la cláusula "6.- PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO" donde se describirán las operaciones de mantenimiento a realizar con la frecuencia establecida.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no existir legislación o recomendaciones específicas del Fabricante, se elaborará un plan de mantenimiento con la hoja de tareas de mantenimiento específicas, consensuado directamente con el Departamento de Mantenimiento de Egarsat.

El mantenimiento preventivo se prestará conforme a la metodología y procedimientos propuestos por el adjudicatario, una vez aceptada la propuesta por el Departamento de Mantenimiento de Egarsat MCSS num.276.

Derivado de cada revisión preventiva y por cada equipo incluido en el Anexo A, según lote al que liciten, será realizado un Informe Técnico por la persona responsable de la revisión. Dicho informe deberá ser presentado, al Departamento de Mantenimiento de Egarsat, en un plazo máximo de 10 días hábiles, el adjudicatario deberá enviar a la persona o personas indicada/s por EGARSAT, vía correo electrónico y en formato PDF, el informe de mantenimiento preventivo realizado de los equipos, que asegurarán, como mínimo, los parámetros detallados en la CLAUSULA 4 de este PPT. Estos documentos deberán seguir la siguiente codificación: NOMBREDELEQUIPO_N°INVENTARIO_MANT24.pdf. Además, el adjudicatario deberá entregar un albarán por centro, en el que se recoja una relación de los equipos sobre los que se ha trabajado. La realización de cada revisión preventiva deberá detallar todas y cada una de las operaciones realizadas, repuestos originales cambiados, defectos o anomalías detectadas,

aportando en cada caso las soluciones o acciones correctoras que se consideren oportunas.

5.2.2.- Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo consistirá en hacer las correcciones oportunas sobre las piezas o materiales afectados por un mal funcionamiento, ya sean éstas detectadas durante la realización del mantenimiento preventivo, como comunicadas por el Departamento de Mantenimiento de Egarsat mediante la preceptiva Orden de Trabajo.

Los avisos de incidencias y/o averías (Orden de Trabajo) serán recibidos por el adjudicatario preferentemente por medio del correo electrónico en formato pdf, o bien fax, estos canales de comunicación deberán estar disponible las 24h del día los 365 días del año. Se atenderán los avisos de avería tan pronto se conozcan, atendiendo a la siguiente clasificación (Inmediata, Preferente y Standard), la clasificación de atención de avería vendrá reflejada en cada Orden de Trabajo expedida por EGARSAT. En el Anexo A se relaciona con cada equipo, su prioridad de ejecución.

Una vez realizado el mantenimiento correctivo, el personal de la empresa adjudicataria encargado de la realización del mismo, deberá entregar en el centro asistencial y/o hospital un albarán, que estará firmado por ambas partes y recogerá al menos los siguientes datos:

- Número de Orden de Trabajo de EGARSAT.
- Fecha de realización del mantenimiento.
- Centro donde se ubica el equipo.
- Nombre del equipo.
- Número de inventario del equipo.
- Acciones realizadas.
- Declaración de buen funcionamiento del equipo o de posibles defectos, en su caso.
- Nombre del Responsable de los equipos en el Centro de EGARSAT.
- Nombre del técnico que ha realizado el mantenimiento.

El mantenimiento correctivo, de acuerdo a cada nivel, incluirá todas las acciones necesarias para asegurar el buen funcionamiento del equipo, que deberá ser acreditado a través del informe de mantenimiento correctivo, que estará firmado por el técnico de la reparación y visado por EGARSAT, con una garantía de 6 meses. Cualquier mal funcionamiento o avería detectado con posterioridad a un mantenimiento correctivo y que no haya sido observado durante el mismo por parte del adjudicatario, será tratada en términos de atención de averías, conforme a la escala superior a la del aviso precedente, y así sucesivamente, considerándose dentro de la misma avería inicial.

Con carácter general las reparaciones se llevarán a cabo, siempre que sea posible, en el Centro o Dependencia en que se encuentre el equipo o aparato.

5.2.2.1.- CLASIFICACIÓN ATENCIÓN AVERIAS

INMEDIATA.- Avisos con respuesta Inmediata.

Se considerará Mantenimiento Correctivo de Atención Inmediata, una avería que pueda provocar un riesgo en la seguridad del paciente así como del usuario, o paralice o dificulte gravemente la actividad asistencial imprescindible para el buen funcionamiento del centro.

Recibido el aviso de avería, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 8 horas hábiles para proceder a su reparación, acudiendo con el material necesario para que el equipo quede arreglado en la visita realizada.

Cuando se prevea un plazo de resolución de la avería superior a 24 horas laborables, contadas desde el momento de la atención de la incidencia, y el Departamento de Mantenimiento de Egarsat valore que se puede producir un alto riesgo de ruptura de la continuidad asistencial, la empresa facilitará un equipo de sustitución a su cargo, o bien, diseñará un plan de acción con objeto de garantizar la continuidad del servicio, mientras se realizan los trabajos de reparación. Dicho plan deberá ser transmitido dentro de las primeras 24h laborables, des de la comunicación de la avería, al Departamento de Mantenimiento de Egarsat.

PREFERENTE.- Avisos con respuesta Preferente.

Se considerará Mantenimiento Correctivo de Atención Preferente, una avería que aun no siendo de atención inmediata debe atenderse preferentemente con prioridad sobre las averías de atención Standard.

Recibido el aviso de avería, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 12 horas hábiles para que un técnico con conocimientos suficientes para la resolución de averías se persone en el centro.

Recibido el aviso de avería, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 48 horas laborables para proceder a su reparación.

Cuando se prevea un plazo de resolución de la avería superior a 48 horas laborables, contadas desde el momento de la atención de la incidencia, y el Departamento de Mantenimiento de Egarsat valore que se puede producir un alto riesgo de ruptura de la continuidad asistencial, la empresa facilitará un equipo de sustitución a su cargo, o bien, diseñará un plan de acción con objeto de garantizar la continuidad del servicio, mientras se realizan los trabajos de reparación. Dicho plan deberá ser transmitido dentro de las primeras 48h laborables, des de la comunicación de la avería, al Departamento de Mantenimiento de Egarsat.

STANDARD.- Avisos con respuesta Standard.

Se considerará Mantenimiento Correctivo de Atención Standard, una avería que aun debiéndose atender lo antes posible, su prioridad de ejecución es la más baja de las tres.

Recibido el aviso de avería, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 24 horas hábiles para que un técnico con conocimientos suficientes para la resolución de averías se persone en el centro.

Recibido el aviso de avería, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 72 laborables horas para proceder a su reparación.

Cuando se prevea un plazo de resolución de la avería superior a 72 horas laborables, contadas desde el momento de la atención de la incidencia y en todos aquellos casos en los que el Departamento de Mantenimiento de Egarsat valore que se puede producir riesgo leve de ruptura de la continuidad asistencial, la empresa diseñará un plan de acción con objeto de minimizar

los tiempos de reparación los cuales deberán ser transmitidos a la máxima brevedad a el Departamento de Mantenimiento de Egarsat.

5.2.3.- Mantenimiento Técnico-Legal

Aquel que venga motivado por normativas, reglamentos o cualquier disposición legal de aplicación a los equipos objeto de este contrato (Anexo A), aunque éste no esté incluido en las tareas descritas para cada equipo.

El mantenimiento normativo-legal será realizado de acuerdo a las especificaciones de los Reglamentos y Normas de aplicación, tanto de carácter general, comunitario, nacional, autonómico o local de obligado cumplimiento, implantándose los libros de registro obligatorio, o en su caso, la actualización de los mismos por técnico competente.

Todas las operaciones de mantenimiento y revisión se ajustarán a la normativa legal vigente en cada momento y facilitarán cuanta documentación legal sea preceptiva en el equipamiento sujeto a normativa.

Será obligación de la empresa adjudicataria advertir al Departamento de Mantenimiento de Egarsat de la necesidad de adaptación a las normas que puedan entrar en vigor durante la vigencia del contrato, siendo a cargo del adjudicatario las sanciones que pudiera recibir EGARSAT MCSS N°276 como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

La empresa adjudicataria elaborará, con personal acreditado, todos los informes, certificados, y/o documentación sobre los equipos, que fuera necesario presentar ante cualquier organismo oficial, que esté facultado para exigirlo.

CLAUSULA 6.- PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

En su oferta las empresas licitadoras deberán incluir necesariamente los Planes de Mantenimiento propuestos adjuntando la hoja de Tareas de Mantenimiento por tipología de equipo, según lote al que liciten, donde se detallarán con precisión las operaciones de mantenimiento a realizar.

Cada hoja de Tareas de Mantenimiento, por tipología de equipo, según lote al que liciten, deberá contener, como mínimo, todos los puntos de revisión que cumpla con lo estipulado en la cláusula “4.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS”, del presente pliego técnico.

Estos “Planes de Mantenimiento” y “Manuales de Mantenimiento” deberán ser ratificados y validados por el Departamento de Mantenimiento de Egarsat, antes de su puesta en funcionamiento.

Una vez puestos en funcionamiento estos “Planes de Mantenimiento” y “Manuales de Mantenimiento” deberán irse ajustando a las altas/bajas que vayan existiendo en las instalaciones y adecuándose en todo momento a la normativa vigente.

CLAUSULA 7.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

7.1.- Recursos Humanos.

7.1.1- Personal Operativo.

La empresa adjudicataria debe disponer de los recursos humanos suficientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en este pliego. En su oferta deberá detallar los recursos humanos destinados a la buena ejecución del contrato y la finalidad de cada uno de ellos. Se valorará positivamente la aplicación de técnicas de escalado en la resolución de averías, detallando con precisión cada escalado.

Además de las personas que habitualmente realicen las tareas administrativas de gestión documental (albaranes, facturación, informes, etc.) y de los técnicos de mantenimiento de los equipos y/o instalaciones, los adjudicatarios deberán disponer del personal necesario para la realización completa de las actividades recogidas en los pliegos, desplazando especialistas o el personal de apoyo que considere oportuno para el completo cumplimiento del contrato. Se valorará positivamente que la interrelación con estos puestos sea directa y sin intermediarios.

Las empresas Adjudicatarias designarán un Técnico responsable del servicio con capacidad de decisión suficiente, que realizará las funciones de Interlocutor con EGARSAT.

Dicho Interlocutor deberá conocer las instalaciones de los centros según lote y los términos del contrato, tendrá autoridad operativa sobre el personal adscrito al servicio y será el responsable de coordinar, con los responsables de EGARSAT, la ejecución del mismo. Estará presente en las instalaciones de EGARSAT siempre que la buena conducción del servicio lo haga necesario y en cualquier momento a requerimiento del Servicio de Mantenimiento de EGARSAT.

La comunicación entre el Interlocutor y el Servicio de Mantenimiento de EGARSAT deberá ser directa, continua y permanente.

En cuanto a la gestión administrativa del servicio, ésta deberá de ser a través de un/a interlocutor/a único/a administrativo/a. Esta persona deberá conocer los términos administrativos del Servicio para la correcta ejecución administrativa del mismo.

El personal encargado del servicio deberá estar correctamente equipado e identificado desde el primer día, mostrando siempre el aspecto decoroso y aseado que el servicio requiere. Para ello, será obligación del adjudicatario uniformar a su cargo al personal, proporcionando la vestimenta y calzado adecuados para cada trabajo y en cantidad suficiente, además, deberán ir provistos permanentemente de una placa identificativa colocada en lugar visible (especificando nombre y apellidos, empresa a la que pertenece y todo ello acompañado de una fotografía reciente).

Serán a cargo del adjudicatario las obligaciones laborales que determine la legislación vigente en cada momento, en materia de salarios, Seguridad Social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formación, seguridad e higiene, etc.

Las empresas Adjudicatarias garantizarán el cumplimiento de sus deberes en materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y su marco normativo de desarrollo, prestando

especial atención a la integración de la actividad preventiva en el conjunto de sus actividades, procesos y organización del trabajo. A ese fin los responsables de prevención de los Adjudicatarios establecerán con el Servicio de Prevención Propio de EGARSAT Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276 los mecanismos necesarios para la adecuada Coordinación de Actividades Empresariales previsto en el marco normativo de PRL.

EGARSAT se reserva la facultad de poder recusar a cualquiera de los integrantes del equipo presentes en la instalación, estando obligados los adjudicatarios a su sustitución por otra persona con formación equivalente.

7.2.- Recursos Materiales.

7.2.1.- Maquinaria y Utensilios.

Toda la maquinaria y utensilios necesarios durante la duración del contrato, y necesarios para la ejecución del mismo, serán aportados por las empresas adjudicatarias y están incluidos en el valor global de la oferta. Asimismo las unidades aportadas al centro, han de ser las suficientes para la correcta prestación del servicio.

Igualmente toda esta maquinaria, estará de acuerdo con la Normativa de Salud Laboral vigente, debiendo estar en perfecto estado de conservación y mantenimiento, por ese motivo será necesario que, dentro del SOBRE B y una vez iniciado el contrato, siempre que el Departamento de Mantenimiento de Egarsat considere oportuno, se aporte la correspondiente copia del Certificado CE, y en su caso, si fueran necesarias las correspondientes fichas de revisiones técnicas reglamentarias, así como los certificados de calibración y verificación correspondientes.

Para la correcta utilización de esta maquinaria, las empresas adjudicatarias serán las responsables de la correcta formación en su uso y manejo de los empleados que la utilicen, así como el uso de ésta para los fines recomendados.

7.2.2.- Repuestos, Fungibles y herramientas.

Los Adjudicatarios suministrarán de su cuenta, sin cargo adicional alguno para EGARSAT, todos los repuestos y productos consumibles necesarios para la realización del objeto de este contrato, así como todos los fungibles de sus herramientas, equipos de medida, y fungibles varios.

No así las posibles piezas o repuestos que se deriven de los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, las cuales se facturaran a parte previa aprobación, por parte de EGARSAT, del correspondiente presupuesto. El Adjudicatario deberá tener a disposición de EGARSAT, la documentación que acredite, en todo momento, el origen, naturaleza y precio según tarifa oficial, de los recambios utilizados en las reparaciones. EGARSAT se reserva el derecho de suministrar directamente estas mismas piezas o repuestos, sin que el adjudicatario pueda aducir reparo alguno.

Los recambios de piezas de los equipos que se deban substituir para la buena ejecución del contrato deberán ser originales de la misma marca, o en su defecto compatibles 100% sin que esta represente ninguna merma en la prestación con respecto al original. En caso de recambios compatibles 100% el adjudicatario deberá motivar, mediante un informe, al Departamento de

mantenimiento la propuesta de cambio. Este informe, con su propuesta de cambio, deberá ser aceptado por el Responsable de mantenimiento de Egarsat, antes de proceder a la sustitución del mismo.

En aquellos casos en los que haya imposibilidad debidamente justificada de obtener repuestos originales o completamente compatibles, o no exista reparación posible, el adjudicatario deberá extender un certificado justificativo conforme fabricante. Se propondrá al Departamento de Mantenimiento de Egarsat la baja del equipo conforme a las normas de actuación de que se dispone y una vez aceptada por ésta será retirado a cargo de la empresa adjudicataria cumpliendo en todo momento con la normativa de eliminación de residuos que resulte de aplicación, aportando la documentación correspondiente.

CLAUSULA 8.- HORARIO

Tal y como se ha referido anteriormente, la programación de las tareas contemplará los horarios más convenientes para realizar cada una de las actividades objeto del contrato.

No obstante lo anterior, a petición de los responsables de EGARSAT y de manera consensuada con los adjudicatarios, estos horarios podrán ser modificados de acuerdo con las necesidades del servicio.

CLAUSULA 9.- CALIDAD Y COORDINACIÓN DEL SERVICIO

9.1.- Calidad del Servicio

Por la importancia que tienen en el objetivo final pretendido, esto es, la total disponibilidad de equipos y/o instalaciones, los parámetros definidos a continuación tendrán la consideración de críticos en cuanto a la calidad del servicio se refiere, por tanto el licitador, en su oferta técnica, deberá dejar constancia explícita de los tiempos y disponibilidad que se compromete a cumplir en caso de resultar adjudicatario:

Tiempo de respuesta.- Definido como el tiempo transcurrido entre la comunicación de una incidencia o avería hasta la personación de uno o más técnicos, con capacidad de resolución de la incidencia/avería, en la instalación y/o equipo afectado para proceder a su solución.

En caso de respuesta telemática ésta deberá ser inmediata, esto es, menor a una hora. En el caso de no solventarse en esta primera intervención, el tiempo de respuesta seguirá contando desde el momento que se originó la primera comunicación de incidencia/avería.

El licitador indicará el tiempo de respuesta que oferta, según clasificación (Inmediata, Preferente y Standard), quedando por tanto, excluidas las ofertas que superen estos tiempos.

Tiempo de reparación o puesta en funcionamiento.- Se define como el tiempo que transcurre desde que se notifica la avería hasta que el equipo está completamente operativo. Según clasificación (Inmediata, Preferente y Standard), quedaran excluidas las ofertas que superen estos tiempos.

Tiempo requerido.- Se define como el tiempo durante el cual EGARSAT tiene la voluntad de

producir con el equipo.

Disponibilidad.- Se define como la parte, en porcentaje, del tiempo requerido que la instalación está en perfectas condiciones de funcionamiento.

Para cada Instalación se define:

$$D = \frac{\left(\text{TiempoRequerido} - \sum TR \right)}{\text{TiempoRequerido}} \times 100$$

Dónde:

D = Disponibilidad

Tiempo requerido = 252 horas mensuales acumulativas por año.

ΣTR = Suma de tiempos de revisión/repación

Se computará como hora de parada cada hora natural que no se puedan realizar pruebas diagnósticas o que la calidad de las mismas no sea diagnóstica, con independencia del motivo del fallo, sus instalaciones fijas y/o sus accesorios.

El objetivo es conseguir que la Disponibilidad de cada una de las Instalaciones y/o equipos a mantener y relacionadas en el Anexo A, para cada mes acumulativo durante un año, sea como mínimo del 96% del tiempo requerido de la actividad de Egarsat MCSS num.276. **No se admitirán ofertas con valores inferiores a este, valorándose aquellas que lo incrementen.**

A efectos de cómputo se tomará en cuenta:

El computo de horas de parada del sistema se realizará contando de forma natural y consecutiva las horas, desde el momento del aviso hasta el momento en que el sistema se encuentra operativo.

El tiempo, en horas, de reparación, puesta en servicio, pruebas finales, etc. se computará en su totalidad y de modo completo.

Las averías repetitivas o de inconclusa reparación computarán de forma idéntica al párrafo anterior en horas de aviso/parada por cada vez que sucedan con independencia de su iteración.

Si el adjudicatario realizase de forma totalmente satisfactoria la prestación del servicio y consigue sistemáticamente cumplir con los tiempos de respuesta, reparación y disponibilidad ofertados, apreciándose una mejora continua en los procedimientos, Egarsat podrá extender, a petición del interesado, un Certificado de calidad en el servicio. En caso que la disponibilidad efectiva resultase menor a la exigida, se actuará conforme al ANEXO N°11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9.2.- Formación y Medioambiente

Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta técnica criterios a implantar por ellas tendentes a garantizar conceptos tales como el medio ambiente, gestión de residuos, formación de personal, etc. Se valorará positivamente aquellas ofertas que prevean para los técnicos destinados al contrato, cursos específicos de reparación y mantenimiento en los equipos del lote ofertado.

Además deberán presentar, dentro del sobre B, un Plan de Gestión de Residuos derivados de su actividad), así como un Certificado de adhesión a un SIG (Sistema Integrado de Gestión) de aparatos eléctricos de categoría 5, o bien tener su propio sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos.

9.3.- Coordinación del Servicio.

Las empresas Adjudicatarias designarán un responsable en riesgos laborales con capacidad de decisión suficiente, que realizará las funciones de Interlocutor con EGARSAT.

Egarsat cuenta con una aplicación web para la Coordinación de Actividades Empresariales que mejora el control y la gestión de toda la documentación de las contratadas, trabajadores, vehículos y máquinas que se requiere en las relaciones de subcontratación según el RD 171/2004 que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Las empresas licitantes deberán explicar con detalle en su oferta, el procedimiento y tratamiento de la información con respecto a la prevención de riesgos laborales, previsión de cursos de formación etc.

CLAUSULA 10.- ASESORAMIENTO TÉCNICO

Las empresas adjudicatarias prestarán asesoramiento y consultoría al Departamento de Mantenimiento de Egarsat, con respecto a las materias y cuestiones relativas a las instalaciones y equipos correspondientes al lote al que liciten.

Este asesoramiento será realizado por las empresas mantenedoras sin coste adicional para Egarsat.

CLAUSULA 11.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Respecto a la documentación técnica necesaria para el correcto desarrollo del servicio, las empresas adjudicatarias quedan obligadas a realizar los esquemas, fichas de equipo, fichas de inventario y cuanta documentación se precise en este contrato en los siguientes formatos:

- Para textos, ficheros compatibles con Adobe pdf o Microsoft Word 2000.
- Para hojas de cálculo, ficheros compatibles con Microsoft Excel 2000.
- Para planos, ficheros DWG propios del programa AUTOCAD.
- Para cualquier otro formato será aportado el software necesario a cargo del adjudicatario para su uso o visualización.

CLAUSULA 12.- COSTE DEL SERVICIO

12.1.- Consideraciones Generales del coste del servicio

Para realizar el presente estudio económico, se ha tenido en cuenta los gastos producidos durante los últimos cuatro años, en concepto de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal.

Al amparo de lo anteriormente expuesto, en el apartado siguiente se formula la valoración económica.

A todos los efectos, se entenderá el importe estimado como máximo del contrato y comprende todos los gastos anuales del servicio, como el coste (excluido el IVA) de la hora del personal de mantenimiento, tanto en horario normal como fuera de la jornada laboral habitual, nocturna y festiva. En dicho importe también se considera incluido todos los conceptos, tales como desplazamiento, las dietas, peajes, y cualquier otro que pudieran ocasionarse para la correcta ejecución del servicio cumpliendo con los términos de disponibilidad y asistencia recogidos en el presente pliego, a excepción de las posibles piezas y repuestos que se deriven de esta actividad.

12.2.- Desglose del coste del servicio

Importe anual estimado (IVA excluido): 88.500,00 €:

Lote 1: 40.000,00 €

Lote 2: 24.500,00 €

Lote 3: 24.000,00 €

El desglose del presupuesto base de licitación, según lote, es el siguiente:

.- Lote 1: Equipos Médicos Rehabilitadores, El presupuesto global anual asciende a 40.000,00€ (IVA excluido), repartidos de la siguiente manera. 28.000,00€ (IVA excluido) en concepto de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Técnico Legal, excepto piezas de recambio. Además cuenta con una bolsa de 12.000,00€ (IVA excluido) en concepto de piezas de recambio en mantenimiento correctivo.

.- Lote 2: Equipos Médicos Diagnóstico Asistencial y Soporte Vital, El presupuesto global anual asciende a 24.500,00€ (IVA excluido), repartidos de la siguiente manera. 18.500,00€ (IVA excluido) en concepto de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Técnico Legal, excepto piezas de recambio. Además cuenta con una bolsa de 6.000,00€ (IVA excluido) en concepto de piezas de recambio en mantenimiento correctivo.

.- Lote 3: Equipos Médicos Quirúrgicos, El presupuesto global anual asciende a 24.000,00€ (IVA excluido), repartidos de la siguiente manera. 15.000,00€ (IVA excluido) en concepto de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Técnico Legal, excepto piezas de recambio. Además cuenta con una bolsa de 9.000,00€ (IVA excluido) en concepto de piezas de recambio en mantenimiento correctivo.

El valor estimado previsto para esta licitación asciende a: 354.000,00€ (total sin IVA). Dicho valor estimado incluye, en el supuesto que se prevean, las posibles prórrogas, las

modificaciones contractuales previstas, así como cualquier otra forma de opción eventual.

La bolsa económica, dispuesta para cada lote, en concepto de piezas de recambio en mantenimiento correctivo no es valorable ni modificable.

12.3.- Forma de pago

El pago del contrato se efectuará con periodicidad mensual, mediante transferencia bancaria, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 198 de la LCSP. Los plazos establecidos computarán a partir de la fecha de la recepción de la factura.

En relación a la facturación será de aplicación lo dispuesto, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro de facturas en el sector público, y en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

CLAUSULA 13.- GARANTÍAS

Se establece un plazo general de garantía de seis (6) meses para todas aquellas intervenciones que hayan de realizarse conforme a lo establecido en el presente pliego. Sin embargo, en caso de que, por motivo de avería, sea necesaria la sustitución de piezas de los equipos o instalaciones y estas hubiesen sido suministradas por el Adjudicatario, estarán garantizadas por el tiempo mayor entre los seis meses y la garantía del fabricante.

CLAUSULA 14.- MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

En el caso de que EGARSAT incorporara nuevas instalaciones o equipos, o sustituyera algunos de los existentes, por equipos de las mismas características referenciados en su lote, los responsables de mantenimiento de EGARSAT informarán previamente a los adjudicatarios y éstos se comprometen a dar el asesoramiento técnico que EGARSAT requiera.

Una vez ejecutada la instalación, el adjudicatario tomará a su cargo, sin aumento del coste del contrato, el mantenimiento preventivo y técnico legal de la nueva instalación y/o equipo, no así el correctivo que quedaría amparado por la garantía de la nueva instalación.

CLAUSULA 15.- OBLIGACIONES DE EGARSAT

- Poner a disposición de las empresas adjudicatarias todas las instalaciones y equipos del contrato, sin perjuicio del control debido por razones de seguridad.
- Comunicar con la debida antelación a los adjudicatarios, las modificaciones que quiera realizar en las instalaciones y que afecten al mantenimiento.
- Facilitar el suministro de agua y electricidad.

CLAUSULA 16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Los adjudicatarios del contrato estarán obligados a:

- A nombrar un Responsable de la Prestación del Servicio, que será el responsable de velar por la correcta ejecución del servicio contratado y con funciones de mando, organización y coordinación del personal asignado, con los suficientes conocimientos de la actividad objeto del contrato y con el suficiente poder para adoptar medidas especiales en el momento que estas sean necesarias.
- La comunicación entre el Interlocutor y el Servicio de Mantenimiento de EGARSAT deberá ser directa, continua y permanente. Para ello el adjudicatario indicará de forma inequívoca nombre, cargo, teléfono de contacto y email de dicho interlocutor.
- A garantizar la provisión a todos los empleados que presten el servicio de este contrato los uniformes y calzado, de invierno y verano, necesario para la realización del servicio, evitando en todo momento tejidos que favorezcan la formación de electricidad estática.
- A realizar, a los trabajadores adscritos a este contrato, la formación necesaria para cumplir las necesidades de higiene, decoro y desinfección, estando estos lo suficientemente formados en todo lo relativo a maquinaria, productos, etc., así como cuantas acciones sean necesarias para poder desempeñar con corrección su trabajo.
- A facultar al personal adscrito al centro, las tarjetas identificativas donde se indiquen los datos personales de éste (nombre, apellidos y categoría profesional).

Firmado digitalmente por Daniel Conesa (Jefe del Departamento de Mantenimiento)

ANEXO A

Relación de Equipos Lote 1, Equipos Médicos Rehabilitadores

INMUEBLE	COGIGO MANTO.	DESCRIPCIÓN EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	CRITICIDAD
ABRERA	251054	STEP	ENRAF NONIUS		SN8400EN0052	PREFERENTE
ABRERA	251056	CRIJET AIR MINI	ENRAF NONIUS	CRIO MEDIZINTECHNIK GMBH	7092949	PREFERENTE
ABRERA	251106	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 490U	2526	PREFERENTE
ABRERA	251124	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	911	T48372	PREFERENTE
ABRERA	251144	FOCUS INFRARROIG	ENRAF NONIUS	INFRA 2000	9153527	PREFERENTE
ABRERA	251148	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	S82	1427979 09.048	PREFERENTE
ABRERA	251149	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	S82	1427970 10.212	PREFERENTE
ABRERA	251150	EQUIP DE MICROONES	ENRAF NONIUS	RADARMED 650+	5830	PREFERENTE
ABRERA	251151	BANY DE PARAFINA	ENRAF NONIUS	GRANDE	69093	PREFERENTE
ABRERA	251152	FOCUS INFRARROIG	ENRAF NONIUS	INFRA 2000	132150710	PREFERENTE
ABRERA	251155	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 692	7.173	PREFERENTE
ABRERA	251156	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	P82	1427960 11.170	PREFERENTE
ABRERA	251157	EQUIP MAGNETOTERAPIA	ENRAF NONIUS	MAGNETO Q PRO	12169	PREFERENTE
ABRERA	251158	BICICLETA ESTÀTICA	ENRAF NONIUS	BIKE REHA	8703EN463	PREFERENTE
ABRERA	251159	EXERCITADOR D'EXTREMITATS INFERIORS	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC	36.301	PREFERENTE
ABRERA	251160	EXERCITADOR D'EXTREMITATS INFERIORS	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC	36212	PREFERENTE
ABRERA	251161	EQUIP D'ELECTROTHERAPIA I INFORMACIÓ	ENRAF NONIUS	MYOMED 632	7.545	PREFERENTE
ABRERA	251164	FOCUS INFRARROIG	ENRAF NONIUS	INFRA 2000	132150710	PREFERENTE
ABRERA	251209	EQUIP EXERC. EXTREM SUP. INFORMATITZAT	BIOMETRICS	MULE E3000	M16433	PREFERENTE
ABRERA	251212	EQUIP PRESOTERÀPIA	BÖSL MEDIZINTECHNIK GMBH	LYMPHA-MAT 12	312G44311114	PREFERENTE
ABRERA	251213	BANY DE REMOLÍ	WHITEHALL	HYL15M	122451	PREFERENTE
ABRERA	251268	ARTROMOTOR	KINETEC	ESPECTRA	13879	PREFERENTE
ABRERA	251273	CINTA DE CORRER	VISIO FITNESS	T9700	TM192-C06120041	PREFERENTE
ABRERA	251387	ELECTROESTIMULADOR -SOLO INVENTARIO-	GLOBUS	ELITE 150	A6R062315747	PREFERENTE
ABRERA	251388	ELECTROESTIMULADOR -SOLO INVENTARIO-	GLOBUS	ELITE 150	A6R062315613	PREFERENTE
CORNELLÀ	251017	EXERCITADOR CAMES ""ESCALERA""	CYBEX	STEEP 500S-400S	330399	PREFERENTE
CORNELLÀ	251018	EN-DYNAMIC 1/1. PRESIÓ DE CAMES	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC	1382	PREFERENTE
CORNELLÀ	251019	EN-DYNAMIC 2/1. EXTENSIÓ DE CAMES	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC	13016	PREFERENTE
CORNELLÀ	251020	EN-DYNAMIC 2/3. CAMES ENROLLADES ASSEGUDES	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC	1141	PREFERENTE

CORNELLÀ	251027	BANY DE PARAFINA	ENRAF NONIUS	1468-904	06-1042	PREFERENTE
CORNELLÀ	251089	CINTA DE CORRER	ENRAF NONIUS	EN-MILL	ET/04/407	PREFERENTE
CORNELLÀ	251091	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 992	13955	PREFERENTE
CORNELLÀ	251092	BICICLETA ESTÀTICA "EN CARDIO"	ENRAF NONIUS	EN BIKE REHA TRACK	8701EN330	PREFERENTE
CORNELLÀ	251093	BICICLETA ESTÀTICA "EN CARDIO"	ENRAF NONIUS	EN BIKE REHA TRACK	8701EN319	PREFERENTE
CORNELLÀ	251095	EXERCITADOR DE BRAÇ	SCIFIT	PRO2	660/006808	PREFERENTE
CORNELLÀ	251096	BANY DE CONTRASTOS	TRAUTWEIN	WBS/AUTOMATIC	168131/2	PREFERENTE
CORNELLÀ	251097	BANY DE CONTRASTOS	TRAUTWEIN	WBS/AUTOMATIC	168131/1	ESTANDAR
CORNELLÀ	251098	EQUIP DE TRACCIÓ LUMBAR I CERVICAL	ENRAF NONIUS	ELTRAC 471	20782	PREFERENTE
CORNELLÀ	251099	EQUIP LASERTERAPIA	ASA	M6	9745	PREFERENTE
CORNELLÀ	251100	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 992	13924	PREFERENTE
CORNELLÀ	251102	EQUIP MAGNETOTERAPIA	ASA	PMT QUATTRO PRO	9999	PREFERENTE
CORNELLÀ	251108	EQUIP EXERCITADOR CAMES	ENRAF NONIUS	EN DYNAMIC H/QUAT	36179	PREFERENTE
CORNELLÀ	251109	EQUIP EXERCITADOR EXTREMITATS SUPERIORS	ENRAF NONIUS	EN-TREEP	35401	PREFERENTE
CORNELLÀ	251111	EQUIP D'ELECTROTÈRÀPIA	ENRAF NONIUS	MYOMED 932	14333	PREFERENTE
CORNELLÀ	251113	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 992	13662	PREFERENTE
CORNELLÀ	251114	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	TENSMED 931	S/N	PREFERENTE
CORNELLÀ	251115	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	TENSMED P82	1427960-20099	PREFERENTE
CORNELLÀ	251116	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	TENSMED 931	S/N	PREFERENTE
CORNELLÀ	251117	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	TENSMED 911	S/N	PREFERENTE
CORNELLÀ	251118	EXERCITADOR D'EXTREMITATS INFERIORS	ENRAF NONIUS	EN DYNAMIC SQUAT	36177	PREFERENTE
CORNELLÀ	251121	PACKHEATER	ENRAF NONIUS	3.448.262	1069	PREFERENTE
CORNELLÀ	251122	EN-DYNAMIC 1/1. PRESIÓ DE CAMES	ENRAF NONIUS	END-DYNAMIC	36179	PREFERENTE
CORNELLÀ	251130	EN-DYNAMIC DE REM	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC	35132	PREFERENTE
CORNELLÀ	251140	FOCUS INFRARROIG	ENRAF NONIUS	INFRA	S02485	PREFERENTE
CORNELLÀ	251142	DINAMOMETRE	SAETAO			PREFERENTE
CORNELLÀ	251143	EQUIP EXERC. EXTREM SUP. INFORMATITZAT	BIOMETRICS	MULE E3000	M08706	PREFERENTE
CORNELLÀ	251261	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	TENSMED S82	26200	PREFERENTE
CORNELLÀ	251263	FOCUS INFRARROIG	REHAB EUROPA	LS INFRA 150	S/N	PREFERENTE
CORNELLÀ	251326	EQUIP ELECTROTÈRÀPIA	REHABMEDIC	PROSTIM 2 RM	A3R401712829	PREFERENTE
CORNELLÀ	251352	EQUIPO PRESOTERAPIA	SANROSAN	LYMPHASTIM 6 EASY	01100B012547	PREFERENTE
CORNELLÀ	251376	ELECTROESTIMULADO R -SOLO INVENTARIO-	GLOBUS	ELITE 150	A6R4022149	PREFERENTE
CORNELLÀ	251386	ELECTROESTIMULADO R -SOLO INVENTARIO-	GLOBUS	ELITE 150	A6R063158	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251010	EQUIP LASERTERAPIA	ASA	BRAVO	1900	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251036	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 491	14540	PREFERENTE

DIAGONAL MAR	251046	PACKHEATER	ENRAF NONIUS	M-4, 3448.262	1063	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251047	EQUIP MAGNETOTERAPIA	ASA	PMT QUATTRO PRO	7926	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251048	BICICLETA EN-CARDIO CROSSWALKER	ENRAF NONIUS	TRACK	SN3301EN086	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251049	EQUIP EXERC. EXTREM SUP. INFORMATITZAT	BIOMETRICS	MULE E3000	M06556	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251064	EXERCITADOR D'EXTREMITATS INFERIORS	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC LEG EXTENSION	36159	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251065	EXERCITADOR DE BRAÇ	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC	36110	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251066	EXERCITADOR D'EXTREMITATS INFERIORS	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC	36178	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251067	EXERCITADOR D'EXTREMITATS SUPERIORS/INFERIORS	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC	36170	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251069	EXERCITADOR D'EXTREMITATS SUPERIORS	ENRAF NONIUS	POLEA	35234	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251071	CINTA DE CORRER	ENRAF NONIUS	EN MILL	ET05-078	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251072	DISPLAY PANELL EN MILL TRACK	ENRAF NONIUS	EN BOX SYSTEM	ETB05-115	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251073	CRIJET AIR MINI	ENRAF NONIUS	CRIOMEDIZINTECHNIK	6012593	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251074	EQUIP D'ELECTROTÈRÀPIA	ENRAF NONIUS	ENDOMED 482U	S2-281	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251075	BANY DE PARAFINA	ENRAF NONIUS	PARAFFINE BATH	68193	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251076	EQUIP D'ELECTROTÈRÀPIA I INFORMACIÓ	ENRAF NONIUS	MYOMED 932	14021	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251077	EXERCITADOR D'EXTREMITATS INFERIORS	APT	ACTIVE BASIC	323059011	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251080	BICICLETA ESTÀTICA	ENRAF NONIUS	EN BIKE REHA TRACK	8701EN182	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251081	FOCUS INFRARROIG	ENRAF NONIUS	INFRA 2000	502485	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251084	EQUIP DE TRACCIÓ LUMBAR I CERVICAL	ENRAF NONIUS	ELTRAC 471	20254	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251086	EQUIP DE PRESOTÈRÀPIA	STARVAL GROUP	PULSTAR S2	182638	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251087	FOCUS D'EXPLORACIÓ	WELCH ALLYN	44202		PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251210	EQUIP REHABILITACIÓ DITS DE LA MÀ	GLOREHA	PRO REHA DEDOS		PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251216	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	P82 C/C.A.	22428	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251299	EQUIP ELECTROTÈRÀPIA	CARIN	MEGASONIC	C000383	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251350	CINTA CORRER	BH	G6428U	5226741	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251351	FOCO INFRAROJO	-	-	-	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251373	ELECTROESTIMULADOR -SOLO INVENTARIO-	GLOBUS	ELITE 150	A6R2022142	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251374	ELECTROESTIMULADOR -SOLO INVENTARIO-	GLOBUS	ELITE 150	A6R4022149	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251396	EQUIPO DIATERMIA	ENRAF	TCARE COMPACT	1119	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251397	BAÑO CONTRASTE	ORTOTECSA	G18953/A	PDTE. N° SERIE	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	251398	BAÑO CONTRASTE	ORTOTECSA	G18954/A	PDTE. N° SERIE	PREFERENTE
FIGUERES	251389	MESA EXPLORACIÓ	ENRAF NONIUS	2 SECCIONES	202402180023	ESTANDAR

FIGUERES	251390	MESA EXPLORACIÓN	ENRAF NONIUS	2 SECCIONES	202402180024	ESTANDAR
FIGUERES	251391	EQUIPO ELECTRO + US	INTELECT	MOBILE 2 COMBO	AFFN004705	ESTANDAR
FIGUERES	251392	EQUIPO DIATERMIA	ENRAF	TCARE COMPACT	1102	ESTANDAR
FIGUERES	251395	ELECTROESTIMULADOR -SOLO INVENTARIO-	GLOBUS	ELITE 150	A6R0623156	ESTANDAR
FIGUERES	251399	EQUIPO MAGNETOTERAPIA	ASTAR ABR	PHYSIOMMG 827	PDTE. N° SERIE	ESTANDAR
FIGUERES	251400	EQUIPO PRESOTERAPIA	CAREPUMP	LITE 6	CPE61612	ESTANDAR
FIGUERES	251401	FERULA RODILLA	KINETEC	SPECTRA ESSENTIAL	47603	ESTANDAR
FIGUERES	251402	BICICLETA REHABILITACIÓN	SALTER	RS-24	00RS2400002862	ESTANDAR
FIGUERES	251404	BAÑO PARAFINA	HIDROCOLATOR	TEMP BMW115	590/2024	ESTANDAR
GIRONA	251005	EQUIP D'ONA CURTA	ENRAF NONIUS	CURAPULS 670 CLASSIC	12259	ESTANDAR
GIRONA	251168	EQUIP D'ULTRASONOS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 992	13.691	PREFERENTE
GIRONA	251240	EQUIP DE MICROONES	ENRAF NONIUS	RADARMED 650+	1468	ESTANDAR
GIRONA	251327	ELECTROESTIMULADOR	REHABMEDIC	PROSTIM2	A3R261901552	ESTANDAR
GIRONA	251328	ELECTROESTIMULADOR	REHABMEDIC	PROSTIM2	A3R261902071	ESTANDAR
GIRONA	251329	CINTA CORRER	ENRAF NONIUS	PT-420/R	OPT42000000231	PREFERENTE
GIRONA	251331	BAÑO CONTRASTE	ORTOTECSA	G.18953/A	2691	PREFERENTE
GIRONA	251332	BAÑO CONTRASTE	ORTOTECSA	G.18954/A	1681	PREFERENTE
GIRONA	251333	EQUIPO ELECTROTHERAPIA	ENRAF NONIUS	ENDOMED 482	42441	PREFERENTE
GIRONA	251334	FERULA RODILLA	ENRAF NONIUS	SPECTRA KOMPANION PLA	39793	PREFERENTE
GIRONA	251335	POLEA NEUMATICA	ENRAF NONIUS	EN-TREEP	38145	PREFERENTE
GIRONA	251337	EJERCITADOR	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC EXT. PIERNA	50118	PREFERENTE
GIRONA	251338	EJERCITADOR	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC RIZO PIERNA	50108	PREFERENTE
GIRONA	251339	BICICLETA REHABILITACIÓN	SALTER	RS24	00RS2400001718	PREFERENTE
GIRONA	251340	PACKHEATER	ENRAF NONIUS	M-4	T4024	PREFERENTE
GIRONA	251341	EQUIPO ULTRASONIDOS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 490	41472	PREFERENTE
GIRONA	251342	EQUIPO PRESOTERAPIA	SANRO	LYMPHASTIM 12 EASY	01100B011073	PREFERENTE
GIRONA	251349	BAÑO PARAFINA	HIDROCOLLATOR	TEP BMV1115	496/2021	PREFERENTE
GIRONA	251355	ELECTROESTIMULADOR	REHABMEDIC	PROSTIM 2+	A3R261902286	PREFERENTE
GIRONA	251356	ELECTROESTIMULADOR	REHABMEDIC	PROSTIM 2+	A3R261902283	PREFERENTE
GIRONA	251365	EQUIPO MAGNETOTERAPIA	SANRO	PHYSIOMG 827	MAF00114	PREFERENTE
GIRONA	251369	LAMPARA INFRARROJO	MIMSAL	INFRA 150		PREFERENTE
GIRONA	251382	ELECTROESTIMULADOR -SOLO INVENTARIO-	GLOBUS	ELITE 150	A6R0623157	PREFERENTE
GRANOLLE RS	251353	FERULA RODILLA	ORMED	ARTROMOT-K1	47774	PREFERENTE
GRANOLLE RS	251357	BAÑO PARAFINA	ENRAF NONIUS	MESA	95053	PREFERENTE
GRANOLLE RS	251358	EQUIPO PRESOTERAPIA	SONRASON	LYMPHASTIM 6 EASY	01100B012666	PREFERENTE
GRANOLLE RS	251359	MESA EXPLORACIÓN	SANROSAN	HIDRAULICA	6108/1	PREFERENTE

GRANOLLE RS	251360	MESA EXPLORACIÓN	SANROSAN	HIDRAULICA	6108/2	PREFERENTE
GRANOLLE RS	251361	EQUIPO MAGNETOTERAPIA	SANROSAN	PHYSIOMG 827	MAF00197	PREFERENTE
GRANOLLE RS	251362	BICICLETA REHABILITACIÓN	SANROSAN	ARTIC H673	BQ126102	PREFERENTE
GRANOLLE RS	251364	EQUIPO ELECTRO + US	SANROSAN	PHYSIOGO 300A	PDTE. N° SERIE	PREFERENTE
GRANOLLE RS	251379	ELECTROESTIMULADOR	REHAB MEDIC	PROSTIM 2	A3R261902408	PREFERENTE
GRANOLLE RS	251380	ELECTROESTIMULADOR	REHAB MEDIC	PROSTIM 2	A3R261902290	PREFERENTE
GRANOLLE RS	251381	PACK HEATER	HYDROCOLLATOR	E-1	T6323	PREFERENTE
HOSPITAL	251032	EQUIP D'ONES DE XOC	EMS	SWISS DOLOR CLAST	696	ESTANDAR
HOSPITAL	251265	ULTRASONIDOS	ELECTROMEDICARIN	MEGASONIC 212K	121518	ESTANDAR
HOSPITAL	251271	BAÑO PARAFINA	ENRAF-NONIUS	PARAFIN BATH	68364	PREFERENTE
HOSPITAL	251275	ELECTROESTIMULADOR	GLOBUS	GENESY	A4R221505741	PREFERENTE
HOSPITAL	251278	EQ. ELECTROTERAPIA + ULTRASONIDO	UNIPHY	PHYACTION C	20533	PREFERENTE
HOSPITAL	251279	EQ. ELECTROTERAPIA + ULTRASONIDO	UNIPHY	PHYACTION C	20357	PREFERENTE
HOSPITAL	251280	EQ. ELECTROTERAPIA + ULTRASONIDO	ENRAF NONIUS	SONOPULS 492	51-345	PREFERENTE
HOSPITAL	251281	EQUIPO MAGNETOTERAPIA	ASA	PMT QUATRO PRO	10053	PREFERENTE
HOSPITAL	251282	EQUIPO TRACCIÓN CERVICAL	ENRAF NONIUS	ELTRAC 471	19611	PREFERENTE
HOSPITAL	251283	PACK HEATER	CHATTANOOGA	HYDROCOLLATOR	5393	PREFERENTE
HOSPITAL	251284	LAMPARA INFRARROJOS	ENRAF NONIUS	INFRA 2000	JL-20031	ESTANDAR
HOSPITAL	251297	MOBILITZACIÓ ESPATLLA	KINETEC	CENTURA HOMBRO	FALTA N° SERIE	ESTANDAR
HOSPITAL	251303	MOBILITZACIÓ PASIVA DE GENOLL	KINETEC	SPECTRA ESSENTIAL	40175	ESTANDAR
HOSPITAL	251304	MOBILITZACIÓ PASIVA DE GENOLL	KINETEC	SPECTRA ESSENTIAL	40177	ESTANDAR
HOSPITAL	251306	EXERCITADOR P.PIER.S	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC P.PIER.S	40240	ESTANDAR
HOSPITAL	251307	EXERCITADOR RIZO PIE	ENRAF NONIUS	EB-DYNAMIC RIZO PIE	40193	ESTANDAR
HOSPITAL	251308	EXERCITADOR CADERA	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC CADERA	40191	ESTANDAR
HOSPITAL	251309	EXERCITADOR EXT. PIERNA	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC EXT.PIERNA	40245	ESTANDAR
HOSPITAL	251310	PISTA RODANT	BIODEX	GAIT TRAINER III	18080331	ESTANDAR
HOSPITAL	251311	SISTEMA DE SUSPENSIO PER A PISTA RODANT	BIODEX	UNWEIGHTING SYSTEM	19051827	ESTANDAR
HOSPITAL	251312	PLATAFORMA EQUILIBRO	BIODEX	BALANCE SYSTEM SD	19050641	ESTANDAR
HOSPITAL	251313	PISTA RODANT ANTIGRAVETAT	ALTER G	V400	V400-1195	ESTANDAR
HOSPITAL	251314	EQUIP PRESOTERÀPIA	SANRO	LYMPHASTIM BTL-6000	01100B008607	ESTANDAR
HOSPITAL	251315	EQUIP EXERC. EXTREM SUP. INFORMATITZAT	BIOMETRICS	MULE E4000	-	ESTANDAR
HOSPITAL	251316	BIPEDESTADOR	SANRO	BIPEDESTADOR	18.000.000.000.286	ESTANDAR
HOSPITAL	251317	BICICLETA ESTÀTICA	SALTER	RS-24	00RS2400000775	ESTANDAR
HOSPITAL	251318	BICICLETA ESTÀTICA	SALTER	RS-24	00RS2400000929	ESTANDAR
HOSPITAL	251319	BICICLETA ELÍPTICA	SALTER	RS-23	00RS23000001681	ESTANDAR

HOSPITAL	251320	EQUIP ELECTROTÈRÀPIA	NU TEK	STIM REHAB MT2200	2,1712E+14	ESTANDAR
HOSPITAL	251321	EQUIP ELECTROTÈRÀPIA	NU TEK	STIM REHAB MT2200	217120099000041	ESTANDAR
HOSPITAL	251322	EQUIP ELECTROTÈRÀPIA	BIOFEEDBACK	TOTEM	140520-46	ESTANDAR
HOSPITAL	251323	BANY CONTRASTOS EXT. SUPERIORS	ENRAF NONIUS	AUTOMATICA SUPERIOR	11249139	ESTANDAR
HOSPITAL	251324	BANY CONTRASTOS EXT. INFERIORS	ENRAF NONIUS	AUTOMATICO INFERIOR	1427645109	ESTANDAR
HOSPITAL	251375	DINAMOMETRO -SOLO INVENTARIO-	SAEHAN	SH5001 HIDRAULIC	025994	PREFERENTE
HOSPITAL	251383	ELECTROESTIMULADOR -SOLO INVENTARIO-	GLOBUS	ELITE 150	A6R0623157	ESTANDAR
LLEIDA	251038	BANY DE PARAFINA	ENRAF NONIUS	3448-162	102148	PREFERENTE
LLEIDA	251094	EXERCITADOR DE BRAÇ	BIODEX	UPPER BODY CYCLE 950-138	801403	ESTANDAR
LLEIDA	251103	EQUIP DE MICROONES	ENRAF NONIUS	RADARMED 650	5130	PREFERENTE
LLEIDA	251107	CRIJET AIR MINI	ENRAF NONIUS	MINI CRIJET	7112993	ESTANDAR
LLEIDA	251123	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	S82	1173	ESTANDAR
LLEIDA	251245	EQUIP EXERCITADOR EXTREMITATS SUPERIORS	ENRAF NONIUS	EN-TREEN	97-03-12	ESTANDAR
LLEIDA	251270	ARTROMOTOR	RIMEC	FISIOTEK 2000/E	2013111201	PREFERENTE
LLEIDA	251272	BICICLETA ESTÀTICA	BH FITNESS	H494	BK102468	PREFERENTE
LLEIDA	251286	MICROONDAS	HELIOS	VARITRON 250XP	XN346	ESTANDAR
LLEIDA	251288	FOCUS INFRARROIG	REHAB EUROPA	INFRA 150W	-	ESTANDAR
LLEIDA	251289	BANY DE CONTRASTOS	TRAUTWEIN GMBH	GI-VZ	173753	PREFERENTE
LLEIDA	251290	CINTA DE CORRER	BASIC LINE	PT-297	OPT29700000156	ESTANDAR
LLEIDA	251291	EQUIP ELECTROTÈRÀPIA	ENRAF NONIUS	ENDOMED 482	33831	ESTANDAR
LLEIDA	251292	EQUIP MAGNETOTÈRÀPIA	PMT	QS SIMPLE MAN.	A000017725	ESTANDAR
LLEIDA	251293	EQUIP PRESSOTÈRÀPIA	COMPRIMED	100 GRADIENT +2B	600CG11161590	ESTANDAR
LLEIDA	251294	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 190	10335	ESTANDAR
LLEIDA	251378	PACK HEATER	PACK HEATER	E-1	T4458	ESTANDAR
SABADELL	251042	EN-DYNAMIC 1/5. ENTRENADOR ABDOMINAL	ENRAF NONIUS	1412983	35169	PREFERENTE
SABADELL	251043	EN-DYNAMIC 1/3. ENTRENADOR D'ESQUENA	ENRAF NONIUS	1455902	36105	PREFERENTE
SABADELL	251078	BIODEX	ENRAF NONIUS	CLINICAL PRO UBC	U05061062	PREFERENTE
SABADELL	251082	EQUIP D'ONA CURTA	ENRAF NONIUS	CURAPULS 670	14156	PREFERENTE
SABADELL	251125	BANY DE PARAFINA	ENRAF NONIUS		68763	PREFERENTE
SABADELL	251145	FOCUS INFRARROIG	LUXO	100		PREFERENTE
SABADELL	251146	PACKHEATER	HYDROCOLLATOR	CALOR M-2	T1314	PREFERENTE
SABADELL	251170	ELECTROESTIMULADOR	GLOBUS	GENESY 500 PRO	A4R461200067	PREFERENTE
SABADELL	251171	ELECTROESTIMULADOR	GLOBUS	GENESY 500 PRO	B4A501210396	PREFERENTE
SABADELL	251172	BANY DE REMOLÍ	WHITEHALL	HYL15M/TA15M	13285958	PREFERENTE
SABADELL	251173	BICICLETA ESTÀTICA	ABMEDICAS, S.A.	EM7409	8013004	PREFERENTE

SABADELL	251174	BICICLETA ESTÀTICA	ABMEDICA S.A.	EM7409	8013005	PREFERENTE
SABADELL	251175	CINTA DE CORRER	ABMEDICA S.A		91130000	PREFERENTE
SABADELL	251178	EXERCITADOR P. PIER.S	ENRAF-NONIUS	EN-DYNAMIC P. PIER.S	40107	PREFERENTE
SABADELL	251179	EXERCITADOR RIZO PIE	ENRAF	EN-DYNAMIC RIZO PIE	40105	PREFERENTE
SABADELL	251180	EXERCITADOR EXT. PIERNA	ENRAF	EN-DYNAMIC EXT. PIERNA	40111	PREFERENTE
SABADELL	251181	EXERCITADOR CADERA T.	ENRAF	EN-DYNAMIC CADETRA T.	40112	PREFERENTE
SABADELL	251182	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 490	31399	PREFERENTE
SABADELL	251183	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 490	31459	PREFERENTE
SABADELL	251185	EQUIP EXERC. EXTREM SUP. INFORMATITZAT	BIOMETRICS	MULE E4000	M14323/M14237/ M14529/M14518/ M14373/M14273	PREFERENTE
SABADELL	251186	STEP	ELITE	EM7414	83130000	PREFERENTE
SABADELL	251187	EN-DYNAMIC 2/1. EXTENSIÓ DE CAMES	ENRAF NONIUS	EN-DYNAMIC	40111	PREFERENTE
SABADELL	251188	EQUIP D'ELECTROTERÀPIA I INFORMACIÓ	ENRAF	MYOMED 632	12274	PREFERENTE
SABADELL	251190	EQUIP ELECTROTERÀPIA	CARIN	MEGASONIC A313	140186002	PREFERENTE
SABADELL	251191	EQUIP ELECTROTERÀPIA	CARIN	MEGASONIC A313	140186003	PREFERENTE
SABADELL	251192	EQUIP ELECTROTERÀPIA	CARIN	MEGASONIC A313	140186004	PREFERENTE
SABADELL	251193	EQUIP ELECTROTERÀPIA	CARIN	MEGASONIC 313P4	140191001	PREFERENTE
SABADELL	251194	EQUIP ELECTROTERÀPIA	CARIN	MEGASONIC 313	140191002	PREFERENTE
SABADELL	251195	EQUIP MICROONES	ENRAF	RADARMED 650+	6526	PREFERENTE
SABADELL	251197	FERULA RODILLA	ENRAF NONIUS	SPECTRA ESSENTIA	23107	PREFERENTE
SABADELL	251198	EQUIP ELECTROTERÀPIA	ENRAF NONIUS	ENDOMED 682	13.875	PREFERENTE
SABADELL	251199	EQUIP TRACCIÓ LUMBAR	ENRAF NONIUS	ELTRAC 471	22871	PREFERENTE
SABADELL	251200	BANC D'EXERCICIS	ENRAF NONIUS	TREN EN-TREE MD	07-ENE	PREFERENTE
SABADELL	251201	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 491	33933	PREFERENTE
SABADELL	251202	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 491	33931	PREFERENTE
SABADELL	251203	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 491	33936	PREFERENTE
SABADELL	251204	EQUIP PRESOTERÀPIA	ENRAF NONIUS	LYMPHA-MAT 12	312G43390614	PREFERENTE
SABADELL	251205	BANY DE CONTRASTOS	TRAUTWEIN	GI-VZ	173967	PREFERENTE
SABADELL	251206	POLEA NEUMÀTICA + KIT ACCESORIOS	ENRAF NONIUS	EN-TREE MDD	35.967	PREFERENTE
SABADELL	251207	EQUIP LASERTERÀPIA	EME	PR999	EM08320614	PREFERENTE
SABADELL	251208	EQUIP MAGNETOTERÀPIA + CAMILLA ACC5510-LC60	ABMEDICA	MAGNETOMED 820	EM08210614	PREFERENTE
SABADELL	251246	FOCUS INFRARROIG				PREFERENTE
SABADELL	251247	FOCUS INFRARROIG				PREFERENTE
SABADELL	251248	FOCUS INFRARROIG				PREFERENTE
SABADELL	251250	FOCUS INFRARROIG				PREFERENTE

SABADELL	251264	ELECTROESTIMULADOR	GLOBUS	GENESY 600	A4R151-608834	PREFERENTE
SABADELL	251266	ULTRASONIDOS	UNIPHY	PHYACTION 190I	28073	PREFERENTE
SABADELL	251277	EQUIPO ELECTROTERAPIA	ELECTROMEDICARIN	INTERFERENCIAL 94	9139	PREFERENTE
SABADELL	251366	ELECTROESTIMULADOR	REHAB EUROPA	PROSTIM 2	A3R261902321	PREFERENTE
SABADELL	251367	ELECTROESTIMULADOR	REHAB EUROPA	PROSTIM 2	A3R261901090	PREFERENTE
SABADELL	251368	ELECTROESTIMULADOR	REHABMEDIC	PROSTIM 2	A3R261902101	PREFERENTE
SABADELL	251372	ELECTROESTIMULADOR	GLOBUS	ELITE 150	A6R402214932	PREFERENTE
SABADELL	251377	ELECTROESTIMULADOR -SOLO INVENTARIO-	GLOBUS	ELITE 150	A6R4022149	PREFERENTE
SABADELL	251393	EQUIPO DIATERMIA	ENRAF	TCARE COMPACT	1132	PREFERENTE
TERRASSA	251001	EQUIP DE TRACCIÓ LUMBAR I CERVICAL	ENRAF NONIUS	ELTRAC 471	18585	PREFERENTE
TERRASSA	251004	EQUIP PRESOTERÀPIA	ENRAF NONIUS	PULSTAR S2	469	PREFERENTE
TERRASSA	251013	EQUIP D'ELECTROTÈRÀPIA	ZIMMER	GALVA-5 THERAPIE	581140	PREFERENTE
TERRASSA	251014	EQUIP MAGNETOTERAPIA	ASA	PMT QUATTRO PRO	6113	PREFERENTE
TERRASSA	251016	EXERCITADOR BICICLETA DE BRAÇ	BIODEX	UPPER BODY CYCLE 945-132	U-00061645	PREFERENTE
TERRASSA	251026	BANY DE PARAFINA	ENRAF NONIUS	3448-162	10-1418	PREFERENTE
TERRASSA	251028	POLEAS PER EXTREMITATS SUPERIORS	ENRAF NONIUS	EN-TREEM	1208	PREFERENTE
TERRASSA	251029	EQUIP EXERC. EXTREM SUP. INFORMATITZAT	BIOMETRICS	MULE E3000	M01213	PREFERENTE
TERRASSA	251033	EQUIP D'ULTRASONS I ELECTROTÈRÀPIA	ENRAF NONIUS	SONOPULS 491	16149	PREFERENTE
TERRASSA	251034	BANYS D'EXTREMITATS	KNEIPP & HAUFF	AT-3090	164222-2	PREFERENTE
TERRASSA	251035	BANYS D'EXTREMITATS	KNEIPP & HAUFF	AT-3082	164222-3	PREFERENTE
TERRASSA	251041	EN-DYNAMIC 2/2. REM	ENRAF NONIUS	1412985	35140	PREFERENTE
TERRASSA	251044	BICICLETA EN-CARDIO	ENRAF NONIUS	3446665	8701EN145	PREFERENTE
TERRASSA	251045	PACKHEATER	ENRAF NONIUS	M-2, 220 - 240 MOVIL	1248	PREFERENTE
TERRASSA	251050	EN-DYNAMIC SERIES	ENRAF NONIUS	SENTED LEG CURT 2/3	05/36170	PREFERENTE
TERRASSA	251051	EN-DYNAMIC TOTAL HIP	ENRAF NONIUS	1455931	01/36195	PREFERENTE
TERRASSA	251052	EN-DYNAMIC LEG EXTENSION	ENRAF NONIUS	LEG EXTENSION 2/1	04/36196	PREFERENTE
TERRASSA	251053	EN-DYNAMIC LEG PRESS	ENRAF NONIUS	LEG PRESS 1/1	02/36225	PREFERENTE
TERRASSA	251058	EQUIP LASERTERAPIA	ASA	M6	7783	PREFERENTE
TERRASSA	251059	EQUIP D'ULTRASONS	ENRAF NONIUS	SONOPULS 992	13697	PREFERENTE
TERRASSA	251063	DINAMOMETRE	SAEHAN	SH5001	7092273	PREFERENTE
TERRASSA	251088	DINAMOMETRE	SAEHAN	SH5001	7092272	PREFERENTE
TERRASSA	251101	EQUIP PRESOTERÀPIA	STAR VAC GROUP	PULSTAR S2	1803292	PREFERENTE
TERRASSA	251105	MOBILITZACIÓ PASIVA DE GENOLL	KINITEC	SPECTRA S1	10514	PREFERENTE
TERRASSA	251126	MOBILITZACIÓ	KINITEC	MAESTRA	428	PREFERENTE
TERRASSA	251128	MOBILITZACIÓ ESPATLLA	KINITEC	CENTURA	3879	ESTANDAR

TERRASSA	251189	EQUIP ELECTROTERÀPIA	CARIN	MEGASONIC A31	140186001	PREFERENTE
TERRASSA	251211	EQUIP ROTACIÓ ESPATLLA	DYNATORQ	USB REHAB HOMBRO		PREFERENTE
TERRASSA	251223	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	S82	1427970/24103	PREFERENTE
TERRASSA	251255	BICICLETA ELÍPTICA	ENRAF NONIUS	E-LINE PT-323	OPT32300002218	PREFERENTE
TERRASSA	251258	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	S82	25092	PREFERENTE
TERRASSA	251259	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	S82	27202	PREFERENTE
TERRASSA	251260	ESTIMULADOR TENSMED	ENRAF NONIUS	S82	25118	PREFERENTE
TERRASSA	251262	FOCUS INFRARROIG	REHAB EUROPA	LS INFRA 150	S/N	PREFERENTE
TERRASSA	251276	EQUIPO ELECTROTERAPIA	UNIPHY	PHYACTION GUIDANCE E	20461	PREFERENTE
TERRASSA	251298	EQUIP ELECTROTERÀPIA	CARIN	MEGASONIC	C000384	PREFERENTE
TERRASSA	251300	FOCUS INFRARROIG	-	-	-	PREFERENTE
TERRASSA	251301	FOCUS INFRARROJO	MIMSAL	E020412	-	PREFERENTE
TERRASSA	251325	PACKHEATER	HYDROCOLLATOR	SS-2	T1494	PREFERENTE
TERRASSA	251343	CINTA CORRER	BH	G6428U	5226685	PREFERENTE
TERRASSA	251344	ELECTROESTIMULADOR	REHABMEDIC	PROSTIM2	A3R261900965	PREFERENTE
TERRASSA	251345	ELECTROESTIMULADOR	REHABMEDIC	PROSTIM2	A3R261901508	PREFERENTE
TERRASSA	251346	ELECTROESTIMULADOR	REHABMEDIC	PROSTIM2	A3R261900962	PREFERENTE
TERRASSA	251347	ELECTROESTIMULADOR	REHABMEDIC	PROSTIM2	A3R261900280	PREFERENTE
TERRASSA	251348	ELECTROESTIMULADOR	REHABMEDIC	PROSTIM2	A3R261901551	PREFERENTE
TERRASSA	251354	BICICLETA REHABILITACIÓN	SANROSAN	ARTIC	BQ128049	PREFERENTE
TERRASSA	251370	LAMPARA INFRAROJO	-	INFRA 150	PDTE. N° SERIE	PREFERENTE
TERRASSA	251371	LAMPARA INFRARROJO	-	INFRA 150	PDTE. N° SERIE	PREFERENTE
TERRASSA	251384	BICICLETA REHABILITACIÓN	SALTER	RS-24	8432116125865	PREFERENTE
TERRASSA	251394	EQUIPO ELECTRO + US	CHATTANOOGA	INTELECT MOBILE 2 COMBO	AFN0044930	PREFERENTE
TERRASSA	251403	EQUIPO PRESOTERAPIA	CAREPUMP	LITE 6	CPE61613	PREFERENTE

Relación de Equipos Lote 2, Equipos Médicos Diagnóstico Asistencial y Soporte Vital

INMUEBLE	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	N° SERIE	CRITICIDAD
ABRERA	252101	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	S/N	PREFERENTE
ABRERA	252102	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	S/N	PREFERENTE
ABRERA	252103	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	S/N	PREFERENTE
ABRERA	252104	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	S/N	PREFERENTE
ABRERA	252126	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL		PORTATIL		PREFERENTE
ABRERA	252191	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
ABRERA	252192	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	90208132	PREFERENTE
ABRERA	252193	FOCUS D'EXPLORACIO	ORDISI	LED L21-25R	30110	PREFERENTE
ABRERA	252194	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	80720375	PREFERENTE

ABRERA	252195	SERRA DE GUIXOS	HEBU	HB8894	2008 05.22617	PREFERENTE
ABRERA	252196	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
ABRERA	252197	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
ABRERA	252198	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	90208131	PREFERENTE
ABRERA	252199	FOCUS D'EXPLORACIO	MASIA	174 102-2	663-88	PREFERENTE
ABRERA	252200	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
ABRERA	252201	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	80698982	PREFERENTE
ABRERA	252203	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	08/03/1066	PREFERENTE
ABRERA	252204	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	100204373	PREFERENTE
ABRERA	252205	FOCUS D'EXPLORACIO		L-HII ALOGENA	66375	PREFERENTE
ABRERA	252206	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	08/03/1061	PREFERENTE
ABRERA	252207	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	08/03/1041	PREFERENTE
ABRERA	252259	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	10/03/2464	PREFERENTE
ABRERA	252260	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	10/03/2465	PREFERENTE
ABRERA	252261	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	10/03/2466	PREFERENTE
ABRERA	252262	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	10/03/2467	PREFERENTE
ABRERA	252274	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	8031041	PREFERENTE
ABRERA	252304	NEGATOSCOPI	BASSFER	2 COSSOS		PREFERENTE
ABRERA	252338	CADIRA DE RODES				PREFERENTE
ABRERA	252414	ELECTROCARDIOGRAF	CARDIOLINE	ECG100+	8441601	PREFERENTE
ABRERA	252417	MONITOR DE CONSTANTS	WELLCH ALLYN	SPOT VITAL SIGNS	201704969	PREFERENTE
ABRERA	252436	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	14376	PREFERENTE
ABRERA	252437	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	14375	PREFERENTE
ABRERA	252438	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	14371	PREFERENTE
ABRERA	252439	ESFIGMOMANOMETRE	KAWE	MASTERMED C	25214	PREFERENTE
ABRERA	252440	ESFIGMOMANOMETRE	KAWE	MASTERMED C	25213	PREFERENTE
ABRERA	252441	ESFIGMOMANOMETRE	KAWE	MASTERMED C	25215	PREFERENTE
ABRERA	252502	SILLA RUEDAS	-	LOGO EGARSAT	NEGRO	PREFERENTE
ABRERA	252530	FOCUS D'EXPLORACIÓ	AFMA	G10Q	80/LF	PREFERENTE
ALMERIA	252044	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIGBEN SQUARPARED 1465	7993	ESTANDAR
ALMERIA	252202	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		ESTANDAR
BADALONA	252271	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
BADALONA	252347	LLITERA	REHABMEDIC	C3520M64 43-NOIR	FALTA N° SERIE	ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252004	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	11066646	ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252005	FOCUS DE CIRURGÍA + BASE MÓVIL	PHILLIPS	BURTON MOL-89		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252009	SERRA DE GUIXOS	RFQ		11-300200-00	ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252015	ELECTROCARDIOGRAF	ASPEL	ASCARD B56	510/04/IR	ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252016	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPT	05-01-0001	ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252019	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	2998	ESTANDAR

BARCELONA SANTS	252020	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	30503840	ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252049	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	80568538	ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252129	NEGATOSCOPI	BASFER	1 COS		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252130	NEGATOSCOPI	BASFER	1 COS LLARG		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252131	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252132	NEGATOSCOPI	BASFER	1 COS		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252133	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252134	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252135	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252164	FOCUS D'EXPLORACIO	MASIA IND. IBERICA	L-HII ALOGENA		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252273	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
BARCELONA SANTS	252279	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	ROMED.	PORTATIL	-	ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252413	MONITOR DE CONSTANTS	WELLCH ALLYN	SPOT VITAL SIGNS	201704968	ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252490	EQUIPO MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252491	EQUIPO MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MASTERMED 5000		ESTANDAR
BARCELONA SANTS	252492	EQUIPO MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MASTERMED 5000		ESTANDAR
BILBAO	252299	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
CARTAGENA	252295	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
CARTAGENA	252459	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	16537	ESTANDAR
CARTAGENA	252460	ESFIGMOMANOMETRE	KAWE	MASTERMED C	PDTE. N° SERIE	ESTANDAR
CASTELLAR	252027	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	SPEIDEL KELLER	PORTATIL	8922453	PREFERENTE
CASTELLAR	252089	ELECTROCARDIOGRAF	CARDIOLINE	AR600	AGIL0098	PREFERENTE
CASTELLAR	252091	FOCUS D'EXPLORACIO	LEDU	271-2	S/N	PREFERENTE
CASTELLAR	252092	SERRA DE GUIXOS	HITACHI	HUG	N40084	PREFERENTE
CASTELLAR	252124	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	CORYSAN	PORTATIL	S/N	PREFERENTE
CASTELLAR	252165	NEGATOSCOPI	BASFER			PREFERENTE
CASTELLAR	252166	NEGATOSCOPI	BASFER			PREFERENTE
CASTELLAR	252167	NEGATOSCOPI	BASFER			PREFERENTE
CASTELLAR	252280	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
CASTELLAR	252416	MONITOR DE CONSTANTS	WELLCH ALLYN	SPOT VITAL SIGNS	201704641	PREFERENTE
CASTELLAR	252418	LLITERA	ABMEDICA	LLITERA HIDRAULICA	2,13762E+13	PREFERENTE
CASTELLAR	252419	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	E-SCOPE LED 3.7V	FALA N° SERIE	PREFERENTE
CASTELLAR	252421	FOCUS D'EXPLORACIÓ	MIMSAL	HF09332	G-0315E	PREFERENTE
CASTELLAR	252422	LLITERA	AB MEDICA	HIDRAULICA	2,13762E+13	PREFERENTE
CASTELLAR	252484	OTOSCOPIO	RIESTER	E-SCOPE	S/N	ESTANDAR
CORNELLÀ	252064	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/02/0015	PREFERENTE
CORNELLÀ	252065	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/03/1638	PREFERENTE
CORNELLÀ	252066	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/03/1640	PREFERENTE

CORNELLÀ	252067	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/02/0018	PREFERENTE
CORNELLÀ	252068	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/02/0019	PREFERENTE
CORNELLÀ	252069	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/03/1645	PREFERENTE
CORNELLÀ	252070	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/03/1639	PREFERENTE
CORNELLÀ	252071	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/03/1675	PREFERENTE
CORNELLÀ	252072	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/03/1636	PREFERENTE
CORNELLÀ	252073	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/02/1536	PREFERENTE
CORNELLÀ	252074	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/02/1536	PREFERENTE
CORNELLÀ	252075	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/02/0020	PREFERENTE
CORNELLÀ	252076	ESFIGMOMANOMETRE EQUIP MURAL	RIESTER	BIG BEN SQUARE	70939841	PREFERENTE
CORNELLÀ	252077	OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	S/N	PREFERENTE
CORNELLÀ	252078	FOCUS D'EXPLORACIO	MASIA INDUSTRIAL IBERICA		S/N	PREFERENTE
CORNELLÀ	252079	FOCUS D'EXPLORACIO	MASIA INDUSTRIAL IBERICA		S/N	PREFERENTE
CORNELLÀ	252080	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	71290028	PREFERENTE
CORNELLÀ	252081	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/02/0017	PREFERENTE
CORNELLÀ	252082	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/03/1674	PREFERENTE
CORNELLÀ	252083	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/02/0016	PREFERENTE
CORNELLÀ	252084	FOCUS D'EXPLORACIO	MASIA INDUSTRIAL IBERICA		S/N	PREFERENTE
CORNELLÀ	252085	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	S/N	PREFERENTE
CORNELLÀ	252086	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	709398787	PREFERENTE
CORNELLÀ	252087	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI FORMER	S/N	PREFERENTE
CORNELLÀ	252088	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	70939873	PREFERENTE
CORNELLÀ	252096	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	07/03/1673	PREFERENTE
CORNELLÀ	252127	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	80467046	PREFERENTE
CORNELLÀ	252128	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	11273	PREFERENTE
CORNELLÀ	252177	BÀSCULA	TANITA			PREFERENTE
CORNELLÀ	252178	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
CORNELLÀ	252179	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
CORNELLÀ	252180	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
CORNELLÀ	252181	SERRA DE GUIXOS	HEBO	HB 8894		PREFERENTE
CORNELLÀ	252182	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
CORNELLÀ	252183	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
CORNELLÀ	252184	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
CORNELLÀ	252185	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
CORNELLÀ	252186	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
CORNELLÀ	252265	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	SPHYNGMOM ANOMETER	PORTATIL	123	PREFERENTE
CORNELLÀ	252318	BÀSCULA	BEURER	PS160	725.30	PREFERENTE

CORNELLÀ	252343	CADIRA DE RODES		LOGO EGARSAT		PREFERENTE
CORNELLÀ	252352	ELECTROCARDIÒGRAF	CARDIOLINE	ECG 100+	8101526	PREFERENTE
CORNELLÀ	252463	MONITOR DE CONSTANTS	HEAL FORCE	PC-900 PLUS	J0100PG00940	PREFERENTE
CORNELLÀ	252540	BÀSCULA	BEUER	MS-01		PREFERENTE
CORNELLÀ	252541	BÀSCULA	BEUER	MS-01		PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252032	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	NISEI	PORTATIL		PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252035	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	60586435	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252036	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	60586432	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252037	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	60587867	ESTANDAR
DIAGONAL MAR	252038	ELECTROCARDIÒGRAF	CARDIOLINE	AR1200ADV	AHIM0085	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252052	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPTIMAL 3	06/01/1848	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252053	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPTIMAL 3	05/01/0007	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252054	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPTIMAL 3	06/01/1843	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252055	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPTIMAL 3	05/01/0005	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252056	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPTIMAL 3	06/01/1852	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252057	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPTIMAL 3	05/01/1953	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252058	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPTIMAL 3	05/01/0006	ESTANDAR
DIAGONAL MAR	252059	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPTIMAL 3	05/01/0004	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252060	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	S/N	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252061	SERRA DE GUIXOS	HEBU MEDICAL	180E	20060200448	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252119	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252120	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252121	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252122	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252123	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252208	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		ESTANDAR
DIAGONAL MAR	252209	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	60898918	ESTANDAR
DIAGONAL MAR	252210	FOCUS D'EXPLORACIO			315154	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252211	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED	06/01/1849	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252212	FOCUS D'EXPLORACIO				PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252272	DINAMOMETRE DE DITS	BASLINE			PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252277	DINAMOMETRE	PATTERSON	JAMAR	1513948	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252358	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED ST 2-S	560-02-690	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252359	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED ST 2-S	560-02-691	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252398	DINAMÒMETRE	JAMAR	81028935	1513948	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	252512	MESA EXPLORACIÓ	BASFER	-	NEGRO	PREFERENTE
FIGUERES	252139	ESFIGMOMANOMETRE	RISTER	BIG BEN	80487142	ESTANDAR
FIGUERES	252263	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	16208	ESTANDAR
FIGUERES	252264	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		ESTANDAR

GIRONA	252266	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		ESTANDAR
GIRONA	252429	ELECTROCARDIÒGRAF	CARDIOLINE	ECG100+	045517C	ESTANDAR
GIRONA	252495	EQUIPO MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	SN	ESTANDAR
GIRONA	252496	EQUIPO MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	SN	ESTANDAR
GIRONA	252513	LAMPARA LUPA	-	LUPA	PDTE. N° SERIE	PREFERENTE
GIRONA	252518	MESA EXPLORACIÓN	-	HIDRAULICA 2 CUERPOS	2178 2/2	PREFERENTE
GIRONA	252519	MESA EXPLORACIÓN	-	HIDRAULICA 2 CUERPOS	2178 1/2	PREFERENTE
GIRONA	252520	MESA EXPLORACIÓN	-	HIDRAULICA 3 CUERPOS	2688 2/2	PREFERENTE
GIRONA	252521	MESA EXPLORACIÓN	-	HIDRAULICA 3 CUERPOS	2688 1/2	PREFERENTE
GIRONA	252522	LAMPARA EXPLORACIÓN	RASTIGNANO	LED 506	PDTE. N° SERIE	PREFERENTE
GIRONA	252523	EQUIP MURAL OTOSC/OFTALM.	KAWE	MEDCENTER 5000	PDTE. N° SERIE	PREFERENTE
GIRONA	252524	ESFIGMOMANOMETRO	RIESTER	BIGBEN SQUARE	210445682	PREFERENTE
GRANADA	252158	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
GRANADA	252348	LLITERA	REHAB EUROPA	C3520M64 43NOIR	S/N	ESTANDAR
GRANADA	252457	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	PDTE. N° SERIE	ESTANDAR
GRANADA	252458	ESFIGNOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	124	ESTANDAR
GRANOLLERS	252355	NEGATOSCOPI	-	2 COSSOS		ESTANDAR
GRANOLLERS	252356	ESFIGMOMANÒMETRE	RIESTER	BIG BEN	80698984	ESTANDAR
GRANOLLERS	252357	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	11718	ESTANDAR
GRANOLLERS	252366	CAMILLA ELÉCTRICA	LINAK	CB9051-04	P0420451-0008	ESTANDAR
GRANOLLERS	252444	FOCUS D'EXPLORACIÓ	MIMSAL	LUPA HF09332	M0905F	ESTANDAR
GRANOLLERS	252447	ELECTROCARDIÒGRAF	CARDIOLINE	ECG100+	0378192E	PREFERENTE
HOSPITAL	252098	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	S/N	PREFERENTE
HOSPITAL	252100	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	16525	PREFERENTE
HOSPITAL	252136	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	90208133	PREFERENTE
HOSPITAL	252187	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
HOSPITAL	252189	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
HOSPITAL	252190	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	90208134	PREFERENTE
HOSPITAL	252361	ESFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO	OMRON	M3	20100109794VF	PREFERENTE
HOSPITAL	252362	AUDIOMETRO	MAICO	ST20	6902153	PREFERENTE
HOSPITAL	252363	CABINA AUDIOMÉTRICA	SIBELMED	S40	2013111416	PREFERENTE
HOSPITAL	252364	CAMILLA ELÉCTRICA	LINAK	CB90000AE1	117564-2000-0085	PREFERENTE
HOSPITAL	252368	ELECTROCARDIÒGRAF O	CARDIOLINE	DELTA 60 PLUS	MDL6001205	PREFERENTE
HOSPITAL	252369	ELECTROCARDIÒGRAF O	CARDIOLINE	DELTA 1 PLUS	MDL1025102	PREFERENTE
HOSPITAL	252370	ESPIROMETRO	SIBELMED	DATOSPIR 120C	F656	PREFERENTE
HOSPITAL	252371	MICROSCOPIO	ZEISS	NC4	391891	PREFERENTE
HOSPITAL	252374	MONITOR DE CONSTANTS	WELLCH ALLYN	SPOT VITAL SIGNS	20060902648	PREFERENTE
HOSPITAL	252376	MONITOR DE CONSTANTS	WELLCH ALLYN	SPOT VITAL SIGNS LXI	20060902646	PREFERENTE
HOSPITAL	252377	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS AGILENT	V26C	4006A03797	ESTANDAR

HOSPITAL	252378	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS	V24C	4226A11330	PREFERENTE
HOSPITAL	252379	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS	V24E	4335A28730	PREFERENTE
HOSPITAL	252380	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS	V24E	4335A31342	IMEDIATO
HOSPITAL	252381	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS	M3046A	DE00838642	PREFERENTE
HOSPITAL	252384	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS	SURESIGNS VM6	US90328265	PREFERENTE
HOSPITAL	252385	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS	SURESIGNS VM6	US90328264	ESTANDAR
HOSPITAL	252386	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS	SURESIGNS VM6	US63509601	PREFERENTE
HOSPITAL	252387	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS	SURESIGNS VM6	US63509602	PREFERENTE
HOSPITAL	252388	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS	SURESIGNS VM6	US63509600	PREFERENTE
HOSPITAL	252389	PULSIOXÍMETRO	BCI	3301	480385781	PREFERENTE
HOSPITAL	252390	ESFIGMOMANOMETRO	RIESTER	MINIMUS II	991159680	PREFERENTE
HOSPITAL	252391	ESFIGMOMANOMETRO	RIESTER	MINIMUS II	30151905	ESTANDAR
HOSPITAL	252392	BÁSCULA	SOEHNLE	200KG	2013111207	ESTANDAR
HOSPITAL	252393	BÁSCULA	KRUPS	825	2089	PREFERENTE
HOSPITAL	252394	BÁSCULA	SECA	7691321009	5,76913E+12	PREFERENTE
HOSPITAL	252395	BÁSCULA	SECA	760	2,76003E+12	PREFERENTE
HOSPITAL	252396	ESFIGMOMANOMETRO	RIESTER	MINIMUS II	30504820	ESTANDAR
HOSPITAL	252415	ELECTROCARDIÒGRAF	CARDIOLINE	ECG100+	0574162D	ESTANDAR
HOSPITAL	252423	FOCUS D'EXPLORACIÓ	WELCH ALLYN	GS600 C/SOPORTE	PDTE. Nº SERIE	PREFERENTE
HOSPITAL	252424	FOCUS D'EXPLORACIÓ	WELCH ALLYN	GS600 C/SOPORTE	PDTE. Nº SERIE	ESTANDAR
HOSPITAL	252425	MONITOR DE CONSTANTS	PHILIPS	M3046A	DE85008040	PREFERENTE
HOSPITAL	252426	MONITOR DE CONSTANTS	WELCH ALLYN	SPOT VITAL SIGNS	1,00075E+11	ESTANDAR
HOSPITAL	252427	MONITOR DE CONSTANTS	WELCH ALLYN	SPOT VITAL SIGNS	1,00075E+11	ESTANDAR
HOSPITAL	252428	MONITOR DE CONSTANTS	WELCH ALLYN	SPOT VITAL SIGNS	100049900818	ESTANDAR
HOSPITAL	252430	SERRA DE GUIXOS + ASPIRADOR DE POLS	RIMEC	HAL-3000	2878	PREFERENTE
HOSPITAL	252433	LLITERA	MOBERCAS	ELECTRICA	2,13562E+13	ESTANDAR
HOSPITAL	252434	FOCUS D'EXPLORACIÓ	-	LUPA CON RUEDAS	M/0701F	PREFERENTE
HOSPITAL	252435	FOCUS D'EXPLORACIÓ	-	LUPA CON RUEDAS	M/0701F	PREFERENTE
HOSPITAL	252448	FOCO DE EXPLORACIÓN	WELCH ALLYN	GS600	N344	PREFERENTE
HOSPITAL	252450	LLITERA	-	HIDRAULICA 2 COSSOS	2,12062E+13	ESTANDAR
HOSPITAL	252451	LLITERA	-	HIDRAULICA 2 COSSOS	2,12062E+13	ESTANDAR
HOSPITAL	252452	LLITERA	-	HIDRAULICA 2 COSSOS	2,12062E+13	ESTANDAR
HOSPITAL	252453	LLITERA	-	HIDRAULICA 3 COSSOS	2,13062E+13	ESTANDAR
HOSPITAL	252454	LLITERA	-	HIDRAULICA 3 COSSOS	2,13062E+13	ESTANDAR
HOSPITAL	252455	LLITERA PLA INCLINAT	SANRO	ELECTRIC	GRIS	ESTANDAR
HOSPITAL	252456	LLITERA AMPLE 120CM	SANRO	ELECTRIC 200X120	B2TR1919241401	ESTANDAR
HOSPITAL	252464	MONITOR DE CONSTANTS	NIHON KOHDEN	BMS-3763K	13271	PREFERENTE
HOSPITAL	252465	MONITOR DE CONSTANTS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	13272	PREFERENTE

HOSPITAL	252466	MONITOR DE CONSTANTS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	13274	PREFERENTE
HOSPITAL	252467	MONITOR DE CONSTANTS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	13275	PREFERENTE
HOSPITAL	252468	MONITOR DE CONSTANTS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	13470	PREFERENTE
HOSPITAL	252469	MONITOR DE CONSTANTS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	13472	PREFERENTE
HOSPITAL	252470	MONITOR DE CONSTANTS	NIHON KOHDEN	BSM-3763K	13473	PREFERENTE
HOSPITAL	252471	UNITAT PRINCIPAL DE MONITORIZACIÓ	NIHON KOHDEN	PU-621RK	1836	PREFERENTE
HOSPITAL	252472	UNITAT PRINCIPAL DE MONITORITZACIÓ	NIHON KOHDEN	PU-621RK	1898	PREFERENTE
HOSPITAL	252473	PLATAFORMA DE MONITORITZACIÓ	NIHON KOHDEN	RADICAL-7 MASSIMO	PDTE. Nº SERIE	PREFERENTE
HOSPITAL	252474	PLATAFORMA DE MONITORITZACIÓ	NIHON KOHDEN	RADICAL-7 MASSIMO	PDTE. Nº SERIE	PREFERENTE
HOSPITAL	252485	BÁSCULA + TALLÍMETRO	ADE	320600-01	52834-00039	ESTANDAR
HOSPITAL	252487	TENSIOMETRO AUTOMÁTICO	ALPK2	K2-232	2019-001031- 006955	ESTANDAR
HOSPITAL	252488	TENSIOMETRO AUTOMÁTICO	ALPK2	K2-232	2019-001031- 006699	ESTANDAR
HOSPITAL	252497	ARTRÓMETRO	-	-	01 325 20 K	PREFERENTE
HOSPITAL	252503	ESFIGMOMANOMETRO	SPEIDEL + KELLER	PRESSOSTABIL	9124358	PREFERENTE
HOSPITAL	252504	EQUIP MURAL OTOSC/OFTALM.	HEINE	EN800	5989	PREFERENTE
HOSPITAL	252505	GRUA PACIENTE	MAGNETIC	MAX30	C03667914	PREFERENTE
HOSPITAL	252506	LAMPARA LUPA	LUPALED	MIMSAL	G0201F	PREFERENTE
HOSPITAL	252508	ESFIGMOMANOMETRO	SPEIDEL + KELLER	NT	9221255	PREFERENTE
HOSPITAL	252516	LAMPARA EXPLORACIÓN	ORDISI	FLH2210	27756	PREFERENTE
HOSPITAL	252517	TENSIOMETRO AUTOMATICO	ALP	K2-232	2019-001031- 006727	PREFERENTE
HOSPITAL	252537	MICROSCOPIO	ZEISS	TIVATO 700	6643144593	PREFERENTE
HOSPITAL	252543	PORTASUEROS ELÉCTRICO	PROVITA MEDICAL	173005	23-5877	PREFERENTE
HOSPITAL	252544	PORTASUEROS ELÉCTRICO	PROVITA MEDICAL	173005	23-5877	PREFERENTE
HOSPITAL	252545	ELECTROCARDIÓGRAF O	CARDIOLINE	ECG 200+	04142318	ESTANDAR
HOSPITAL	252546	ELECTROCARDIÓGRAF O	CARDIOLINE	ECG 200+	0490220E	ESTANDAR
HOSPITAL	252547	ELECTROCARDIÓGRAF O	CARDIOLINE	ECG 200+	04902217	ESTANDAR
HOSPITAL	252549	ESFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO	OMRON	HBP-1300	0200933LF	PREFERENTE
HOSPITAL	252550	LAMPARA EXPLORACIÓN	ORDISI	FLH2210	27757	ESTANDAR
HOSPITAL	252551	BÁSCULA	SOEHNLE	200KG	N/T	PREFERENTE
LEON	252270	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
LEON	252284	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER			ESTANDAR
LEON	252300	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RIFORMER		ESTANDAR
LLEIDA	252026	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	S/N	ESTANDAR
LLEIDA	252233	LLITERA		2 COSSOS	NEGRE	ESTANDAR
LLEIDA	252397	ELECTROCARDIÓGRAF	CARDIOLINE	ECG100+	2171622	ESTANDAR
LLEIDA	252402	SERRA DE GUIXOS	RIMEC	HAL 3000	2790	ESTANDAR
LLEIDA	252403	ESFIGMOMANÒMETRE	KAWA	MEDCENTER C	25170	ESTANDAR
LLEIDA	252404	ESFIGMOMANÒMETRE PORTÀTIL	KAWA	MEDCENTER C	25407	ESTANDAR

LLEIDA	252405	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	13380	ESTANDAR
LLEIDA	252406	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	13382	ESTANDAR
LLEIDA	252407	FOCUS D'EXPLORACIÓ	ORDISI	L21-25	-	ESTANDAR
LLEIDA	252408	LLITERA EXPLORACIÓ	AB MEDICA	HIDRAULIC 3 COSSOS	-	ESTANDAR
LLEIDA	252442	NEGATOSCOPI	-	2 COSSOS	-	ESTANDAR
LLEIDA	252443	NEGATOSCOPI	-	2 COSSOS	-	ESTANDAR
LLEIDA	252475	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTRER	BIGBEN	20638516	ESTANDAR
LLEIDA	252535	LAMPARA LUPA	MIMSAL	LUPA FH	G-0901D	ESTANDAR
LOGROÑO	252285	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER			ESTANDAR
LOGROÑO	252294	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
LUGO	252305	LLITERA	REHABMEDIC	C3520M44	43-NOIR	ESTANDAR
LUGO	252320	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
MADRID	252288	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
MADRID	252289	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
MADRID	252290	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER			ESTANDAR
MADRID	252291	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER			ESTANDAR
MADRID	252292	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER			ESTANDAR
MADRID	252482	ESFIGMOMANÓMETRO	RIESTER	BIG BEN		ESTANDAR
MADRID	252501	ESFIGMOMANOMETRO	RIESTER	PRECISA N	020415147	ESTANDAR
MANRESA	252138	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	9033840	ESTANDAR
MANRESA	252258	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	9937	ESTANDAR
MANRESA	252533	PULSIOXIMETRO	CHOICEMED	MD300C26	205107301819	ESTANDAR
MANRESA	252534	ESFIGMOMANOMETRO	RIESTER	MINIMUS II	201103011	ESTANDAR
MATARO	252025	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	368574	ESTANDAR
MATARO	252156	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
MATARO	252445	ELECTROCARDIÓGRAF	CARDIOLINE	ECG100+	0378192D	PREFERENTE
MATARO	252461	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	PDTE. Nº SERIE	PREFERENTE
MATARO	252481	ESFIGMOMANÓMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	40638574	PREFERENTE
MATARO	252493	CAMILLA ELECTRICA	LINAK	CB9051-04	545892	PREFERENTE
MATARO	252498	SIERRA DE YESOS - SOLO INVENTARIO-	SCH REIBER	SG600	201903	PREFERENTE
MATARO	252499	LAMPARA CON LUPA - SOLO INVENTARIO-	MIMSAL	LUPA HF9332	PC127-090719	PREFERENTE
MATARO	252538	ESFIGMOMANOMETRO	MEDICAL WATCH	SPYGMOMANOMETER	106197	PREFERENTE
MOLLET	252029	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	40638580	ESTANDAR
MOLLET	252162	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
MOLLET	252489	EQUIPO MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI FORMER		ESTANDAR
OVIEDO	252286	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER			ESTANDAR
OVIEDO	252296	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
OVIEDO	252301	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RIFORMER		ESTANDAR
PONTEVEDRA	252281	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
PONTEVEDRA	252287	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER			ESTANDAR

PONTEVEDRA	252514	CONJUNTO EXPLORACIÓN	RIFORMER	3650-300	16919	ESTANDAR
RUBI	252002	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	1/18417 Y 1/12031	PREFERENTE
RUBI	252006	FOCUS DE CIRURGÍA + BASE MÓVIL	WELCH ALLYN	LS 200	44202 Y 44250	PREFERENTE
RUBI	252007	FOCUS DE CIRURGÍA + BASE MÓVIL	PHILLIPS	BURTON MOL-89	95664	PREFERENTE
RUBI	252010	SERRA DE GUIXOS	TÜV		11-30200-00	PREFERENTE
RUBI	252021	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQ. PEU 1485	607020734	PREFERENTE
RUBI	252161	LLITERA	ENRAF NONIUS	40.14	162676	PREFERENTE
RUBI	252213	BOMBA ASPIRACIÓ	ASPIT		18331	PREFERENTE
RUBI	252216	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
RUBI	252217	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
RUBI	252218	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
RUBI	252219	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
RUBI	252220	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
RUBI	252267	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	SPHYNGMOM ANOMETER	PORTATIL	123	PREFERENTE
RUBI	252353	ELECTROCARDIÒGRAF	CARDIOLINE	ECG 100+	8101523	PREFERENTE
RUBI	252462	ESFIGMOMANÒMETRE	RIESTER	BIGBEN ROUND	171041998	PREFERENTE
RUBI	252527	EQUIP MURAL OTOSC/OFTALM.	RIESTER	RI-FORMER	67310	PREFERENTE
RUBI	252528	PULSIOXIMETRO	CHOICEMED	MD300C23	190808801281	PREFERENTE
RUBI	252542	LAMPARA LUPA	WEELKO	WKL0047		PREFERENTE
S.FELIU GUIXOLS	252399	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MERDCENTER 5000	14299	ESTANDAR
S.FELIU GUIXOLS	252400	ESFIGMOMANÒMETRE	KAWE	MASTERMED	25172	ESTANDAR
S.FELIU GUIXOLS	252401	NEGATOSCOPI	AB MEDICA	2 COSSOS	161219	ESTANDAR
S.FELIU GUIXOLS	252536	LAMPARA LUPA - SOLO INVENTARIO-	-	LUPA	-	ESTANDAR
SABADELL	252030	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	RIESTER	PORTATIL	10361700	PREFERENTE
SABADELL	252034	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	OMRON CARDIOCARE	M6	6501116LF	PREFERENTE
SABADELL	252039	ELECTROCARDIÓGRAF	2000	BIONET	ED 060079	PREFERENTE
SABADELL	252090	FOCUS D'EXPLORACIO BÀSCULA+TALLIMETR	LEDU	231	S/N	PREFERENTE
SABADELL	252095	O	SECA	BLANCA		PREFERENTE
SABADELL	252099	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	S/N	PREFERENTE
SABADELL	252137	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	90208130	PREFERENTE
SABADELL	252154	SERRA DE GUIXOS	DE SOUTER		1962	PREFERENTE
SABADELL	252155	SERRA DE GUIXOS				PREFERENTE
SABADELL	252157	LLITERA	GIVAS		162206	PREFERENTE
SABADELL	252159	FOCUS D'EXPLORACIO		TE-EN 01070		PREFERENTE
SABADELL	252160	LLITERA	ENRAF NONIU	MANUMED	16228	PREFERENTE
SABADELL	252163	LLITERA	BASFER	BS1504	162207	PREFERENTE
SABADELL	252188	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252214	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED		PREFERENTE
SABADELL	252215	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE

SABADELL	252221	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	21894	PREFERENTE
SABADELL	252222	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	26100	PREFERENTE
SABADELL	252223	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	26101	PREFERENTE
SABADELL	252224	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	26102	PREFERENTE
SABADELL	252225	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	26103	PREFERENTE
SABADELL	252226	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	26104	PREFERENTE
SABADELL	252227	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	26105	PREFERENTE
SABADELL	252228	FOCUS D'EXPLORACIO	ORDISI	LED L21-25R	30519	PREFERENTE
SABADELL	252229	LLITERA	REHAB	HIDRA 3 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252230	LLITERA	REHAB	HIDRA 3 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252231	LLITERA	REHAB	HIDRA 3 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252232	LLITERA	REHAB	HIDRA 3 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252234	LLITERA		2 COSSOS	NEGRE	ESTANDAR
SABADELL	252235	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252236	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252237	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252238	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
SABADELL	252239	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252240	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252241	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252242	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252243	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252244	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252245	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
SABADELL	252246	FOCUS D'EXPLORACIO	LED	FLH-2	30517	PREFERENTE
SABADELL	252247	FOCUS D'EXPLORACIO	LED	LH-2	30518	PREFERENTE
SABADELL	252248	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	1006021166	PREFERENTE
SABADELL	252249	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	1006021169	PREFERENTE
SABADELL	252250	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	1006021170	PREFERENTE
SABADELL	252251	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	1006021171	PREFERENTE
SABADELL	252252	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	1006021172	PREFERENTE
SABADELL	252253	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	1006021173	PREFERENTE
SABADELL	252254	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	1006021174	PREFERENTE
SABADELL	252255	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	1006021175	PREFERENTE
SABADELL	252256	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	1006021176	PREFERENTE
SABADELL	252257	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	1006021177	PREFERENTE
SABADELL	252306	LLITERA	ABMEDICA	CAMILLA FIJA	2,13762E+14	PREFERENTE
SABADELL	252307	LLITERA	ABMEDICA	LLITERA HIDRAULICA	2,13762E+14	PREFERENTE
SABADELL	252308	LLITERA	ABMEDICA	LLITERA HIDRAULICA	CFBAS7014069201/ NEG	PREFERENTE
SABADELL	252309	LLITERA	ABMEDICA	LLITERA HIDRAULICA	CFBAS7014069202/ NEG	PREFERENTE
SABADELL	252310	LLITERA	ABMEDICA	CAMILLA FIJA	CFBAS7014069203	PREFERENTE

SABADELL	252311	LLITERA	ABMEDICA	CAMILLA FIJA	CFBAS7014069204	PREFERENTE
SABADELL	252312	LLITERA	ABMEDICA	CAMILLA FIJA	CFBAS7014069205	PREFERENTE
SABADELL	252313	LLITERA	ABMEDICA	CAMILLA FIJA	CFBAS7014069206	PREFERENTE
SABADELL	252314	LLITERA	ABMEDICA	CAMILLA FIJA	CFBAS7014069207/ NEG	PREFERENTE
SABADELL	252315	LLITERA	ABMEDICA	CAMILLA FIJA	2,13762E+14	PREFERENTE
SABADELL	252319	BÀSCULA+TALLIMETRO	SECA	220	913423	PREFERENTE
SABADELL	252322	LLITERA		ELÈCTRICA		PREFERENTE
SABADELL	252326	LLITERA		FUSTA 1,80X0,70		PREFERENTE
SABADELL	252327	LLITERA		ELÈCTRICA		PREFERENTE
SABADELL	252328	LLITERA		ELÈCTRICA		PREFERENTE
SABADELL	252329	LLITERA	MEGACAM			PREFERENTE
SABADELL	252330	LLITERA		FIXA 1,65X0,60		PREFERENTE
SABADELL	252331	LLITERA				PREFERENTE
SABADELL	252333	LLITERA		POTES METÀL·LIQUES		PREFERENTE
SABADELL	252334	LLITERA		POTES METÀL·LIQUES		PREFERENTE
SABADELL	252344	CADIRA DE RODES				PREFERENTE
SABADELL	252411	MONITOR DE CONSTANTS	WELCH ALLYN	SPOT VITAL SIGNS	201635507	PREFERENTE
SABADELL	252507	LÀMPARA	ORDISI	L21-25R	52978	PREFERENTE
SABADELL	252529	ESFIGMOMANOMETRO	RIESTER	METRAX	990447290	PREFERENTE
SANT CUGAT	252140	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	60720731	ESTANDAR
SANT CUGAT	252028	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	38801	ESTANDAR
SANT CUGAT	252031	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	FOCAL	F05	890641	PREFERENTE
SANT CUGAT	252093	ELECTROCARDÍOGRAF	BOSCH	EKG503N	2661434	ESTANDAR
SANT CUGAT	252268	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	CERTIFED	PORTATIL		ESTANDAR
SANT CUGAT	252282	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER			ESTANDAR
SANT CUGAT	252293	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
SANT CUGAT	252345	CADIRA DE RODES				PREFERENTE
SANT CUGAT	252360	ESFIGMOMANÒMETRE	AB MEDICA	MASTERMED	24376	ESTANDAR
SANT CUGAT	252432	LLITERA EXPLORACIÓ	AB MEDICA	HIDRAULICA	2,13762E+13	ESTANDAR
SANT CUGAT	252483	EQUIPO MURAL OTOSC/OFTAL		RI-FORMER	PDTE. N° SERIE	ESTANDAR
SANT CUGAT	252500	ESFIGMOMANOMETRO				ESTANDAR
SANT QUIRZE	252033	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	CORYSAN	F06	2575080	PREFERENTE
SANT QUIRZE	252097	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN ROUND	81161416	PREFERENTE
SANT QUIRZE	252170	SERRA DE GUIXOS	HITACHI	GYPSUM CUTTER	200057	PREFERENTE
SANT QUIRZE	252171	NEGATOSCOPI	BASFER	1 COS		PREFERENTE
SANT QUIRZE	252172	NEGATOSCOPI	BASFER	1 COS		PREFERENTE
SANT QUIRZE	252173	FOCUS D'EXPLORACIO				PREFERENTE
SANT QUIRZE	252174	NEGATOSCOPI	BASFER	1 COS		PREFERENTE
SANT QUIRZE	252175	FOCUS D'EXPLORACIO				PREFERENTE
SANT QUIRZE	252176	EQUIP OTOSC/OFTAL PORTATIL	HEINE			PREFERENTE
SANT QUIRZE	252303	FOCUS D'EXPLORACIO				PREFERENTE

SANT QUIRZE	252332	LLITERA		FUSTA		ESTANDAR
SANT QUIRZE	252351	ELECTROCARDIÒGRAF	CARDIOLINE	ECG 100+	8101532	PREFERENTE
SANTANDER	252531	CONJUNTO MURAL OTOSC/OFTALM	KAWE	MEDCENTER 5000	16850	ESTANDAR
SANTANDER	252532	ESFIGMOMANÓMETRO -SOLO INVENTARIO-	KAWE	MASTERMED	30292	ESTANDAR
TARRAGONA	252275	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER WELCH	BIG BEN	39018	ESTANDAR
TARRAGONA	252476	FOCUS EXPLORACIÓ	ALLYN	GS300	409471	ESTANDAR
TARRAGONA	252477	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	E-SCOPE	S/N	ESTANDAR
TERRASSA	252003	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	385	PREFERENTE
TERRASSA	252008	FOCUS DE CIRURGÍA + BASE MÓVIL	WELCH ALLYN	LS 200	44202 Y 44250	PREFERENTE
TERRASSA	252011	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED STD 2 SEC	20045	PREFERENTE
TERRASSA	252012	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPT 3 SEC	41979	PREFERENTE
TERRASSA	252013	BÀSCULA+TALLIMETR O	SECA	780	120222	PREFERENTE
TERRASSA	252014	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED STD 2H.112 GRIS	03-02-0025	PREFERENTE
TERRASSA	252017	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPT	5010002	PREFERENTE
TERRASSA	252018	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED OPT	5010003	PREFERENTE
TERRASSA	252022	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQ. PEU1485	607020736	PREFERENTE
TERRASSA	252023	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQ.PEU 1485	60607020737	PREFERENTE
TERRASSA	252024	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQ. PARED 1465	605087866	PREFERENTE
TERRASSA	252041	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	605087856	ESTANDAR
TERRASSA	252042	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN PARED	S/N0605087864	ESTANDAR
TERRASSA	252043	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN PARED	605087855	ESTANDAR
TERRASSA	252045	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RI-FORMER	9906	ESTANDAR
TERRASSA	252046	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RIFORMER	9921	ESTANDAR
TERRASSA	252047	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RIFORMER	9932	ESTANDAR
TERRASSA	252048	EQUIP MURAL OTOSC/OFTAL	RIESTER	RIFORMER	9960	ESTANDAR
TERRASSA	252051	BÀSCULA+TALLIMETR O	SECA	769	5,76922E+12	PREFERENTE
TERRASSA	252094	ESFIGMOMANOMETRE PORTÀTIL	CORYSAN	BOSO	209334	PREFERENTE
TERRASSA	252105	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
TERRASSA	252106	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
TERRASSA	252107	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
TERRASSA	252108	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
TERRASSA	252109	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
TERRASSA	252110	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		PREFERENTE
TERRASSA	252111	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
TERRASSA	252112	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
TERRASSA	252113	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
TERRASSA	252114	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		ESTANDAR
TERRASSA	252115	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		ESTANDAR
TERRASSA	252116	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		ESTANDAR

TERRASSA	252117	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS		ESTANDAR
TERRASSA	252118	NEGATOSCOPI	BASFER	1 COS		ESTANDAR
TERRASSA	252141	SERRA DE GUIXOS	GYPSUN CUTTER	OSCILATORIA	60346	PREFERENTE
TERRASSA	252142	SERRA DE GUIXOS	HEBU MED	HB8894	706224	PREFERENTE
TERRASSA	252144	NEGATOSCOPI	BASFER	1 COS		ESTANDAR
TERRASSA	252145	FOCUS D'EXPLORACIO	MASIA			PREFERENTE
TERRASSA	252146	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		PREFERENTE
TERRASSA	252147	NEGATOSCOPI	BASFER	3 COSSOS VERTICAL		PREFERENTE
TERRASSA	252148	FOCUS D'EXPLORACIO	MASIA			PREFERENTE
TERRASSA	252149	FOCUS D'EXPLORACIO	MASIA			PREFERENTE
TERRASSA	252150	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMHED	07/03/1674	PREFERENTE
TERRASSA	252151	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMHED	07/03/1673	PREFERENTE
TERRASSA	252152	FOCUS D'EXPLORACIO	MASIA			PREFERENTE
TERRASSA	252278	ESFIGMOMANOMETRE PORTATIL	MALETIN PORTATIL		S/N	PREFERENTE
TERRASSA	252283	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN	807020379	ESTANDAR
TERRASSA	252317	LLITERA	AB MEDICA	HIDRAULICA		PREFERENTE
TERRASSA	252339	CADIRA DE RODES				PREFERENTE
TERRASSA	252346	CADIRA DE RODES		LOGO EGARSAT		PREFERENTE
TERRASSA	252349	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED ST	560-02-533	PREFERENTE
TERRASSA	252350	LLITERA	ENRAF NONIUS	MANUMED ST	560-02-534	PREFERENTE
TERRASSA	252354	ELECTROCARDIÒGRAF	CARDIOLINE	ECG 100+	0810150B	PREFERENTE
TERRASSA	252412	MONITOR DE CONSTANTS	WELCH ALLYN	SPOT VITAL SIGNS	201702430	PREFERENTE
TERRASSA	252494	ESFIGMOMANOMETRO	RIESTER	BIG BEN SQUARE	060587857	ESTANDAR
TERRASSA	252515	SIERRA DE YESOS	-	-	-	PREFERENTE
TERRASSA	252525	PULSIOXIMETRO	FINGERTIP PULSE	MD300C23	190808803164	ESTANDAR
TERRASSA	252526	TENSIOMETRO AUTOMATICO	ESWE			PREFERENTE
VALENCIA	252297	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
VALENCIA	252298	NEGATOSCOPI	BASFER			ESTANDAR
VIC	252063	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	BIG BEN SQUARE	70198225	ESTANDAR
VIC	252269	NEGATOSCOPI	BASFER	2 COSSOS		ESTANDAR
VIC	252365	CAMILLA ELÈCTRICA	MAGNETIC	MAX60	L04211307	PREFERENTE
VIC	252446	ELECTROCARDIÒGRAF	CARDIOLINE	ECG100+	0378192C	PREFERENTE
VIC	252480	EQUIP MURAL OSTOC/OFTAL.	KAWE	MEDCENTER 5000	-	PREFERENTE
VIC	252539	LAMPARA LUPA	MIMSAL	HF 09332	SN	PREFERENTE
VIC	252548	OFTALMOSCOPIO - SOLO INVENTARIO-	WELCH ALLYN	POCKET LED OPH	901082	PREFERENTE
VILADECANS	252316	ESFIGMOMANOMETRE	AB MEDICA	MEDCENTER 5000	40342	ESTANDAR
VILADECANS	252478	ELECTROCARDIÒGRAF	CARDIOLINE	ECG100L	6722016	ESTANDAR
VILADECANS	252479	LLITERA	MOBERCAS	CH2137R	991001	ESTANDAR
VILADECANS	252486	EQUIPO MURAL OTOSC/OFTAL	KAWE	MEDCENTER 5000	110003516	ESTANDAR
VILADECANS	252509	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	MINIMUS II	201000161	ESTANDAR

VILADECANS	252510	ESFIGMOMANOMETRE	RIESTER	MINIMUS II	201000157	ESTANDAR
VILADECANS	252511	LAMPARA LUPA	LUPA HF	NT	NT	ESTANDAR

Equipos Médicos Soporte Vital

INMUEBLE	EQUPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	N° SERE	CRITIDAD
ABRERA	254011	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	PARAMEDIC	OXY QUICK 4 B-300		PREFERENTE
ABRERA	254013	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	913DCF-E110	110001256	PREFERENTE
ALMERIA	254053	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800	110003493	INMEDIATA
ALMERIA	254076	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES				PREFERENTE
BARCELONA SANTS	254002	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	DDU-100	110001114	INMEDIATA
BARCELONA SANTS	254060	MALETA EMERGÈNCIES	OXYQUICK			INMEDIATA
BILBAO	254022	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	STAGLIFE	E-400D	-	INMEDIATA
BILBAO	254054	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800	110003518	INMEDIATA
CARTAGENA	254023	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	STAGLIFE	E-400D	-	INMEDIATA
CARTAGENA	254065	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	ZOLL	AED PLUS	X20C262383	INMEDIATA
CASTELLAR	254005	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	913DCF-E110	110001211	PREFERENTE
CASTELLAR	254075	MALETA EMERGENCIA	-	OXIVAC	-	PREFERENTE
CORNELLÀ	254006	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	913DCF-E110	110001217	PREFERENTE
CORNELLÀ	254028	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	PARAMEDIC	OXY QUICK 4 B-300	-	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	254007	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFE LIVE AED	110001218	PREFERENTE
DIAGONAL MAR	254017	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	PARAMEDIC	OXY QUICK 4 B-300		PREFERENTE
FIGUERES	254041	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	SERSIL	OXYBAC 2	-	INMEDIATA
FIGUERES	254061	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	ZOLL	AED PLUS	X30C262173	INMEDIATA
GIRONA	254049	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800 SP	110003494	INMEDIATA
GIRONA	254073	MALETA EMERGENCIAS				PREFERENTE
GRANADA	254024	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	STAGLIFE	E-400D	-	INMEDIATA
GRANADA	254068	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	ZOLL	AED PLUS	X19H191477	INMEDIATA
GRANOLLERS	254036	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	OXYDOC	-	BEQ153	INMEDIATA
GRANOLLERS	254047	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800 SP	110003498	INMEDIATA
HOSPITAL	254009	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	913DCF-E110	110001413	PREFERENTE
HOSPITAL	254029	DEFIBRILADOR	BEXEN	REANIBEX 800	20031358	PREFERENTE
HOSPITAL	254030	DEFIBRILADOR	BEXEN	REANIBEX 500	20050661	PREFERENTE
HOSPITAL	254032	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	BEXEN	REANIBEX 200	2009-20012089	INMEDIATA
HOSPITAL	254033	RESPIRADOR	NEWPORT	HT70+	N14HT720714021	PREFERENTE
HOSPITAL	254058	DEFIBRILADOR	ZOLL	R SERIES	(01)00847946016753	PREFERENTE
HOSPITAL	254069	DEFIBRILADOR	ZOLL	AED PLUS	X20K312618	INMEDIATA
LEON	254025	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	STAGLIFE	E-400D	-	INMEDIATA
LEON	254067	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	ZOLL	AED PLUS	X19K222661	INMEDIATA
LLEIDA	254034	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	POWERHEART	G5	D00000029440	INMEDIATA
LLEIDA	254038	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	STAGLIFE	E-400D	3240510D	INMEDIATA

LOGROÑO	254035	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	OXYDOC	-	BKS113	INMEDIATA
LOGROÑO	254057	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800	110003505	INMEDIATA
LUGO	254037	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	OXYDOC	-	BKS008	INMEDIATA
LUGO	254046	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800 SP	110003495	INMEDIATA
MADRID	254026	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	STAGLIFE	E-400D	-	INMEDIATA
MADRID	254055	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800	110003517	INMEDIATA
MANRESA	254045	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	SERSIL	OXYBAC 2	-	INMEDIATA
MANRESA	254063	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	ZOLL	AED PLUS	X20C26217 2	INMEDIATA
MATARÓ	254040	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	SERSIL	OXYBAC 2	-	INMEDIATA
MATARÓ	254048	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800 SP	110003496	INMEDIATA
MOLLET	254044	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	SERSIL	OXYBAC 2	-	INMEDIATA
MOLLET	254062	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	ZOLL	AED PLUS	X20C26266 0	INMEDIATA
MURCIA	254066	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	ZOLL	AED PLUS	X19K22266 2	INMEDIATA
MURCIA	254077	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES				INMEDIATA
OVIEDO	254039	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	STAGLIFE	E-400D	-	INMEDIATA
OVIEDO	254050	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800 SP	110003504	INMEDIATA
PONTEVEDRA	254027	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	STAGLIFE	E-400D	-	INMEDIATA
PONTEVEDRA	254051	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800 SP	110003503	INMEDIATA
RUBI	254012	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	913DCF-E110	110001064	PREFERENTE
RUBI	254015	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	PARAMEDIC	OXY QUICK 4 B-300		PREFERENTE
SABADELL	254004	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	DDU-100	110001057	PREFERENTE
SABADELL	254070	MALETA EMERGENCIAS	OXY QUICK			PREFERENTE
SANT CUGAT EDIF.A	254008	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	913DCF-E110	110001213	INMEDIATA
SANT CUGAT EDIF.A	254018	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE	110002323	INMEDIATA
SANT CUGAT EDIF.B	254001	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	DDU-100	110001120	INMEDIATA
SANT CUGAT EDIF.B	254016	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	PARAMEDIC	OXY QUICK 4 B-300		PREFERENTE
SANT CUGAT EDIF.B	254019	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE	110002320	INMEDIATA
SANT CUGAT EDIF.B	254020	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE	110002569	INMEDIATA
SANT QUIRZE	254010	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	913DCF-E110	110001263	PREFERENTE
SANT QUIRZE	254074	MALETA EMERGENCIA	-	OXY-KIT	-	PREFERENTE
TERRASSA	254003	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	DDU-100	110001222	PREFERENTE
TERRASSA	254071	MALETA EMERGENCIAS				PREFERENTE
TERRASSA	254072	MALETA EMERGENCIAS				PREFERENTE
VALENCIA	254064	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	ZOLL	AED PLUS	X18J071991	INMEDIATA
VIC	254042	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	SERSIL	OXYBAC 2	-	INMEDIATA
VIC	254056	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFIBTECH	LIFELINE 2800	110003492	INMEDIATA
VILADECANS	254043	MALETA D'EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES	SERSIL	OXYBAC 2	-	INMEDIATA
VILADECANS	254052	DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÀTIC EXTERN	DEFBITEC	LIFELINE 2800	110003516	INMEDIATA

Relación de Equipos Lote 3, Equipos Médicos Quirúrgicos

INMUEBLE	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	Nº SERIE	CRITICIDAD
HOSPITAL	253001	FUENTE DE LUX DE 300W		LST7500	58950	PREFERENTE
HOSPITAL	253002	CARRO ARTROSCOPIA		EQUIPO ALTA	VP8501	PREFERENTE
HOSPITAL	253003	CARRO ARTROSCOPIA	LINVATEC	VP8501	14020581	PREFERENTE
HOSPITAL	253004	SMALL SINGLE TRIGGER WIRE DRIVER (ADITAMIENTO PARA AGUJAS)	CONMED	PR06128	LAA3002	PREFERENTE
HOSPITAL	253005	CARRO ARTROSCOPIA	LINVATEC	VP8501	14020581	PREFERENTE
HOSPITAL	253006	CONSOLA BOMBA IRRIGACIÓ	LINVATEC	24K	2013-1164	PREFERENTE
HOSPITAL	253007	CONSOLA CÀMARA	LINVATEC	IM4000	14116	PREFERENTE
HOSPITAL	253008	CONSOLA CAPTURADOR VIDEO	LINVATEC	DRSHD-1080P	DRSHD-0813-058C	PREFERENTE
HOSPITAL	253009	CONSOLA LLUM	LINVATEC	LS7700	2013-0338	PREFERENTE
HOSPITAL	253010	CONSOLA MOTOR	LINVATEC	D4000A	2013-1052	PREFERENTE
HOSPITAL	253011	MONITOR COMPONENTE DE (253003)	LINVATEC	VP4732	A131013	PREFERENTE
HOSPITAL	253012	MONITOR	LINVATEC	DRS02	DRSHD-1213-008M	PREFERENTE
HOSPITAL	253013	OPTICA QUICH LATCH 4MM 30°	LINVATEC	HD4300	837583	PREFERENTE
HOSPITAL	253014	CABEZAL DE CAMARA AUTOCLAVE		AUTOCLAVE	IM4120	PREFERENTE
HOSPITAL	253015	ADAPTADOR A OPTICA			7453	PREFERENTE
HOSPITAL	253017	CAPTURADOR DIGITAL USB			USBCAP200	PREFERENTE
HOSPITAL	253018	ERGO 2-BUTTON SHACER HANDPIECE	CONMED	D4240	LAA03081	PREFERENTE
HOSPITAL	253019	EQUIP D'ELECTROMIOGRAFIA (NEUROMONITORIZACIÓ)	PELICAN	NVM5	SM3077	PREFERENTE
HOSPITAL	253020	FOTOFORO FRONTAL PORTÀTIL	JUSTIMPLANT	PORTATIL		PREFERENTE
HOSPITAL	253021	BISTURÍ ULTRASÒNIC	MISONIX	BONESCAPEL	601.1-M9034HA	PREFERENTE
HOSPITAL	253022	BOMBA DE PERFUSIÓ	B BRAUN	PERFUSOR SPACE	89792	PREFERENTE
HOSPITAL	253024	INCUBADORA DE ESPORAS	3M	ATTEST	240864	PREFERENTE
HOSPITAL	253025	INCUBADORA DE ESPORAS	3M	ATTEST	301560	PREFERENTE
HOSPITAL	253026	ELECTROBISTURI	CONMED	EXCALIBUR PLUS	04MGE047	PREFERENTE
HOSPITAL	253028	ELECTROBISTURI	CONMED	EXCALIBUR PLUS	00KGE019	PREFERENTE
HOSPITAL	253029	ELECTROBISTURI	CONMED	EXCALIBUR PLUS	01EGE027	IMMEDIATO
HOSPITAL	253030	ELECTROBISTURI	CONMED	EXCALIBUR PLUS	01HGE004	PREFERENTE
HOSPITAL	253031	ELECTROBISTURI	SELECT-SUTTER	BM-780 II	01-0573	PREFERENTE
HOSPITAL	253033	MESA QUIROFANO	MAQUET	ALPHAMAXX	49	PREFERENTE
HOSPITAL	253034	MESA QUIROFANO	MAQUET	ALPHAMAXX	106	PREFERENTE
HOSPITAL	253035	MESA QUIROFANO	MAQUET	D-76437	3110,2609/ 04381	PREFERENTE
HOSPITAL	253036	MESA QUIROFANO	MATACHANA	FAMED	2013111302	PREFERENTE
HOSPITAL	253039	PERFUSOR DE ANESTESIA	DRUCO	7554-95	L02003761	PREFERENTE
HOSPITAL	253040	TORNIQUETE	SCANMED	400-40	8823	IMMEDIATO
HOSPITAL	253041	TORNIQUETE	ZIMMER	ATS3000	3012AAAC	PREFERENTE
HOSPITAL	253043	TORNIQUETE	ZIMMER	ATS1200	1210DACR	PREFERENTE
HOSPITAL	253045	TORNIQUETE	SPENGLER	EGP100	100916	IMMEDIATO
HOSPITAL	253046	TORNIQUETE	SPENGLER	EGP200	101061	IMMEDIATO

HOSPITAL	253047	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22623718	PREFERENTE
HOSPITAL	253048	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22623717	PREFERENTE
HOSPITAL	253049	FONT DE LLUM	STORZ	XENON NOVA 175	ZZ0667213	PREFERENTE
HOSPITAL	253050	FONT DE LLUM	STORZ	XENON NOVA 175	EA0653348	PREFERENTE
HOSPITAL	253051	FONT DE LLUM	SOLOS	XENON	91928	PREFERENTE
HOSPITAL	253052	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22623729	PREFERENTE
HOSPITAL	253053	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22623730	PREFERENTE
HOSPITAL	253055	ESTERILITZADORA A VAPOR PETITA	MATACHANA	M30B	E-20243	PREFERENTE
HOSPITAL	253056	RENTADORA/ESTERILITZADORA	STEELCO	DS610/2	1163144	PREFERENTE
HOSPITAL	253057	RENTADORA DESINFECTADORA	MIELE PROFESIONAL	G7835CD	201311151	C
HOSPITAL	253059	PINÇA SPECTRUM AUTOSUTURA	LINVATEC	SPECTRUM	4108416	PREFERENTE
HOSPITAL	253060	CALEFACTOR MANTA TÈRMICA	COVIDIEN	WARMTOUCH 6000	SP17020278	PREFERENTE
HOSPITAL	253061	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22624798	PREFERENTE
HOSPITAL	253062	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22624794	PREFERENTE
HOSPITAL	253063	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22624793	PREFERENTE
HOSPITAL	253064	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22624792	PREFERENTE
HOSPITAL	253065	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22624796	PREFERENTE
HOSPITAL	253066	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22624791	PREFERENTE
HOSPITAL	253067	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22624795	PREFERENTE
HOSPITAL	253068	BOMBA PERFUSIÓ	FRESENIUS KABI	INJECTOMAT MC AGILIA	22624797	PREFERENTE
HOSPITAL	253069	CALEFACTOR MANTA TÈRMICA	COVIDIEN	WARMTOUCH 6000	SP17051030	PREFERENTE
HOSPITAL	253070	CALEFACTOR MANTA TÈRMICA	COVIDIEN	WARMTOUCH 6000	SP17051031	PREFERENTE
HOSPITAL	253071	HUMIDIFICADOR DE FLUXE	FISHER & PAYKEL	AIRVO2	1709190576 51	PREFERENTE
HOSPITAL	253072	BOMBA INFUSIÓ	FRESENIUS KABI	VOLUMAT MC AGILIA E	23134621	PREFERENTE
HOSPITAL	253073	BOMBA INFUSIÓ	FRESENIUS KABI	VOLUMAT MC AGILIA E	23134622	PREFERENTE
HOSPITAL	253074	INCUBADORA D'INDICADOR BIOLÒGICS	3M	ATTEST	114810 4,01802E+1	PREFERENTE
HOSPITAL	253075	APARELL D'ISQUEMIA	ZIMMER	ATS 4000	1	PREFERENTE
HOSPITAL	253076	ELECTROBISTURÍ	CONMED	SYSTEM 5000	18400006	PREFERENTE
HOSPITAL	253077	OPTICA QUICK LATCH 4MM 30°	LINVATEC	HD4300	1135662	PREFERENTE
HOSPITAL	253078	SELECTOR AGUJAS	STRYKER	WIRE COLLET 4100-62	7009	PREFERENTE
HOSPITAL	253079	PINZA BASKET RECTA	CONMED	C8656	LOT. 0416D	PREFERENTE
HOSPITAL	253080	PINZA ARTROSCOPIA UP	ATLANTECH	DIC-07	LOT.0115	PREFERENTE
HOSPITAL	253081	CONSOLA VAPORIZADOR	CONMED	AES-1	14180006	PREFERENTE
HOSPITAL	253082	MOTOR ARTROSCÒPIA	HALL	2-TRIGGER	PRO7200B	PREFERENTE
HOSPITAL	253083	MOTOR ARTROSCÒPIA	HALL	50 OSCILANTE	PRO7300B	PREFERENTE
HOSPITAL	253084	OPTICA QUICK LATCH 4MM 30°	CONMED	QL4300	512890F	PREFERENTE
HOSPITAL	253085	OPTICA QUICK LATCH 4MM 30°	CONMED	HD4300	462803	PREFERENTE
HOSPITAL	253086	OPTICA QUICK LATCH 4MM 30°	LINVATEC	HD4300	1064747	PREFERENTE
HOSPITAL	253088	VIDEOLARINGOSCOPI	VERATHON	GLIDESCOPE CORE 10""	CM190577	PREFERENTE

HOSPITAL	253090	PINÇA ARTROSCOPIA BASQUET UP	CONCEPT	C6856	0912C	PREFERENTE
HOSPITAL	253091	CABLE LUZ FRÍA	CONMED	LG1050	W0113291	PREFERENTE
HOSPITAL	253092	CABLE LUZ FRÍA	CONMED	LG1050	113906	PREFERENTE
HOSPITAL	253093	POSICIONADOR QUIRURGICO ASSISTARM	ASSISTARM	AA-PSN100	1277	PREFERENTE
HOSPITAL	253094	CÁMARA ARTROSCOPIA	CONMED	IM4210	2014-0176	PREFERENTE
HOSPITAL	253095	MOTOR PARA ARTROSCOPIA	CONMED	ERGO	D4240	PREFERENTE
HOSPITAL	253096	PINÇA ARTROSCOPIA RECTA	LINVATEC	C6855	0915E	PREFERENTE
HOSPITAL	253097	PINÇA ARTROSCOPIA	ACUFLEX	12013	L1096	PREFERENTE
HOSPITAL	253098	VAINA ARTROSCÓPIA	LINVATEC	5,9 QL6130	L1301335 T5802	PREFERENTE
HOSPITAL	253100	ANCLAJE RÁPIDO BATERÍA	HALL	POWERPRO	PRO 6240	PREFERENTE
HOSPITAL	253101	PERFORADOR JACOBS	HALL	POWER PRO	LAA24762	PREFERENTE
HOSPITAL	253102	CONSOLA CÂMARA	CONMED	IM4000	57798	PREFERENTE
HOSPITAL	253103	SIERRA ARTROSCOPIA	HALL	POWER 2		PREFERENTE
HOSPITAL	253104	OPTICA QUICK LATCH 30°	LINVATEC	T2530	687001	PREFERENTE
HOSPITAL	253105	PINÇA ARTROSCOPIA RECTA	LINVATEC	C6855	0519A	PREFERENTE
HOSPITAL	253106	OPTICA ARTROSCOPIA	STORZ	CE0123	28731BWA	PREFERENTE
HOSPITAL	253107	PINÇA ARTROSCOPIA UP	CONMED	C5745	0413A	PREFERENTE
HOSPITAL	253108	OPTICA QUICK LATCH 30°	LINVATEC	HD4300	1123621	PREFERENTE
HOSPITAL	253109	MOTOR ARTROSCOPIA	HALL	POWER PRO6100	114045	PREFERENTE
HOSPITAL	253110	CABLE LUZ FRÍA	LINVATEC	LG1050	113793	PREFERENTE
HOSPITAL	253111	PINZA BASKET RECTA	LINVATEC		0811B	PREFERENTE
HOSPITAL	253112	OPTICA QUICK LATCH 30°	LINVATEC	HD4300	1056651	PREFERENTE
HOSPITAL	253113	PINZA ARTROSCOPIA	ACUF	012013	L1096	PREFERENTE
HOSPITAL	253114	TORRE ANESTESIA	GETINGE	FLOW-E	50139	PREFERENTE
HOSPITAL	253115	TORRE ANESTESIA	GETINGE	FLOW-E	50140	PREFERENTE
HOSPITAL	253116	TORRE ANESTESIA	GETINGE	FLOW-E	50141	PREFERENTE
HOSPITAL	253117	TORRE ANESTESIA	GETINGE	FLOW-E	50142	PREFERENTE
HOSPITAL	253118	ASPIRADOR DE FLUIDOS	STRYKER	NEPTUNE 3	2127900763	PREFERENTE
HOSPITAL	253119	CALEFACTOR MANTA TERMICA	COVDIEN	WARMTOUCH 367	CI0507J367	PREFERENTE
HOSPITAL	253120	SELLADORA BOLSAS	MATACHANA	M-00872	46371	PREFERENTE
HOSPITAL	253121	MOTOR ARTROSCOPIA	HALL	TITAN PRO9200B	20220985	PREFERENTE
HOSPITAL	253122	OPTICA 4MM 30°	STRYKER	30° 4MM	448043	PREFERENTE
HOSPITAL	253124	MÓDULO BISX	MEDTRONIC	-	B2B4892	PREFERENTE
HOSPITAL	253125	OPTICA QUICK LATCH 4MM 30°	CONMED	HD4300	462803	PREFERENTE
HOSPITAL	253126	ERGO 2-BUTTON SHACER HANDPIECE	CONMED	D4240	LAA07166	PREFERENTE
HOSPITAL	253127	CONSOLA CÂMARA	LINVATEC	IM4000	57998	PREFERENTE
HOSPITAL	253128	MONITOR	LINVATEC	DRSHD-L	DRSHD-L- 0708-006M	PREFERENTE
HOSPITAL	255011	TRITURADORA CUÑAS CARTON	VERNACARE	W2020	6751	PREFERENTE