

LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS

En relación al presente expediente les informamos que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava del **Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019**, se procede a levantar la suspensión de los términos e interrupción de los plazos del mismo-

En este sentido, se adjunta al presente documento copia del acta de la Mesa de Contratación de fecha 13 de marzo de 2020, mediante la cual se readmitía la oferta presentada por la entidad **GRAU SOLER, S,A** para el Lote 4 por los motivos allí expuestos, y se solicitaba al equipo técnico encargado de la valoración de las ofertas que analizara si alguna otra entidad licitadora había sido excluida del mismo lote por idéntico supuesto y que en este sentido, se procediera a la valoración del SOBRE B de las empresas afectadas.

Por consiguiente, se adjunta también al presente documento copia del informe de valoración del **SOBRE B: “Documentación Técnica valorable mediante juicio de valor”** y de las muestras presentadas para el Lote nº 4, de las entidades **GRACARE, S.A.** y **GRAU SOLER, S.A.**, ambas inicialmente excluidas por idéntico supuesto.

Finalmente, se informa también a las empresas licitadoras que hoy día 12 de mayo a las 12 horas, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los SOBRES C de las entidades readmitidas al LOTE 4, esto es, **GRACARE, S.A.** y **GRAU SOLER, S.A.** Dicho acto se realizará en sesión privada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.4 de la LCSP y dada la actual situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El contenido de las ofertas será publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en un plazo máximo de 48 horas.

Departamento Contratación
Dirección General
Sant Cugat del Vallès, a 12 de mayo de 2020

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA EL EXPEDIENTE Nº 19/SUM/31, QUE TIENE POR OBJETO EL CONTRATO DE “SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTESIS, MULETAS Y SILLAS DE RUEDAS PARA LOS CENTROS DE EGARSAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 276”.

En Sant Cugat del Vallès, siendo las 12.00 horas del día 13 de marzo de 2020 y en la sede de EGARSAT, sita en Av. Roquetes, 63-65 (08174) Barcelona, se constituye la Mesa de Contratación para el citado expediente. La Mesa está integrada por los siguientes miembros:

- Presidente: María Galván (Departamento de Contratación Pública).
- Vocal 1º: Albert Bonavila (Director de Finanzas).
- Vocal 2º: Gemma Frías (Departamento de Contratación Pública).
- Secretaria: Anna Artigas, en sustitución de Elena González (Departamento de Contratación Pública).

Según sesión celebrada el pasado día 21 de febrero por parte de la Mesa de Contratación, se notificó a la entidad licitadora **GRAU SOLER, S.A.** la exclusión de su candidatura del Lote 4 de la licitación por los motivos expuestos a continuación:

LOTE 4

En el Anexo A del PPT se solicita que la Ortesis postquirúrgica para estabilización de rodilla con control flexo-extensión disponga de control de la extensión de 0º a 90º en intervalos como mínimo de 10º.

La Ortesis postquirúrgica para estabilización de rodilla con control flexo-extensión recibida, el grado de extensión máximo es de 70º no llegando a los 90º exigidos.

Se deja constancia en acta, que el pasado día 6 de marzo, dicha entidad hizo llegar a la Mesa de Contratación un escrito según el cual alegaban que el producto ofertado cumplía con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas atendiendo a las indicaciones del fabricante expuestas en documento adjunto.

En este sentido, se procedió por parte del equipo técnico encargado de la valoración de las ofertas a efectuar las comprobaciones indicadas por el fabricante y, habiéndose constatado por parte del mismo que efectivamente el producto cumplía con lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Mesa de Contratación acuerda la admisión de la oferta presentada por la entidad **GRAU SOLER, S.A.** para el lote 4 por los motivos expuestos a continuación:

- Que el producto ofertado realmente cumple con lo dispuesto en los pliegos puesto que se establecía que el mismo debía permitir una extensión de 0 a 90º y se ha comprobado que esto es posible, pese no estar indicado expresamente ni en la muestra ni en la ficha técnica.
- Que si bien es cierto que la empresa licitadora debía haber incluido en el momento de presentar su oferta esta documentación adicional del fabricante por no poderse deducir ni de la ficha técnica ni de la muestra aportada, que la misma cumplía con todo lo dispuesto en los pliegos, la Mesa de Contratación considera que no admitir la oferta de la licitadora tan sólo por este motivo, comportaría un excesivo formalismo que podría llegar a la exclusión de ofertas plenamente competitivas.

Por los motivos anteriormente expuestos, se procederá a solicitar al equipo técnico encargado de la valoración de las ofertas que analice si alguna otra entidad licitadora ha sido excluida del mismo lote por idéntico supuesto y que en este sentido, proceda a la valoración del SOBRE B de las empresas afectadas, de acuerdo con lo dispuesto por los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales sobre la posibilidad de retroacción de las actuaciones de la Mesa.

No tendiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.45 horas.




María Galván
Dpto. de Contratación
Presidente de la Mesa



Albert Bonavila
Director de Finanzas
Vocal 1º de la Mesa



Gemma Frías
Dpto. de Contratación Pública
Vocal 2º de la Mesa



Anna Artigas
Dpto. de Contratación Pública
Secretaria de la Mesa

INFORME TECNICO EMITIDO SOBRE LOS CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE “SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORTESIS, MULETAS Y SILLAS DE RUEDAS PARA LOS CENTROS DE EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N° 276.”. EXP. 19/SUM/31

Según lo indicado en el Acta de la 6ª sesión de la Mesa de Contratación celebrada el pasado día 13 de marzo de 2020, en la que se acordó la admisión de la oferta presentada por la entidad **GRAU SOLER, S.A.** para el Lote 4 por los motivos allí expuestos, se procede por parte del equipo técnico firmante del presente informe, compuesto por el Coordinador de Enfermería y el Responsable de Compras y Abastecimientos de Egarsat, a analizar si alguna otra entidad licitadora ha sido excluida del mismo lote por idéntico supuesto para proceder así a la valoración de los SOBRES B y de las muestras presentadas de todas las empresas en condiciones de igualdad.

En este sentido, una vez revisadas nuevamente las ofertas recibidas para el Lote 4 se constata por parte de este equipo de valoración que también debe procederse a la admisión y valoración de la oferta técnica valorable mediante juicio de valor (SOBRE B y muestras) de la entidad **GRACARE, S.A.**

Se adjuntan al final del presente informe las valoraciones y puntuaciones obtenidas para las entidades **ILUNION SALUD, S.A.** y **ORTOPEDIA HUGUÉ, S.L.** correspondientes al SOBRE B (Oferta Técnica valorable mediante juicio de valor) de conformidad con el informe técnico emitido por este equipo técnico, de fecha 25 de febrero de 2020, sin que las mismas hayan sufrido variación o modificación alguna a consecuencia de la por la inclusión de las ofertas a valorar de **GRACARE, S.A.** y **GRAU SOLER, S.A.**

En vista de lo anterior se procede a continuación a la evaluación de las ofertas de **GRACARE, S.A.** y **GRAU SOLER, S.A.:**

VALORACIÓN:

Se valorará con un máximo de 40 puntos, la valoración de la Calidad de los productos:

❖ LOTE 4 - MATERIAL DE ORTESIS - POSTQUIRURGICAS

1. GRACARE, S.A. - Se otorga una valoración de 23,94 puntos.

ARTICULOS A VALORAR	CARACTERISTICAS A VALORAR	VALORACIÓN	CALIDAD			
			Alta	Media	Baja	PUNTOS
ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR LARGA	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media. La colocación y extracción no es del todo fácil debido a que está fabricada con materiales algo rígidos.	2,12	1,06	0,00	1,06
	Se valorará la durabilidad del velcro	La valoración de la característica en su conjunto es media. De la muestra se desprende que la durabilidad del velcro no es superior ni inferior al resto de las otras opciones presentadas por parte de las otras empresas licitadoras.	1,70	0,85	0,00	0,85
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	1,27	0,64	0,00	1,27
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo, igual que el resto de las otras opciones presentadas por parte de las otras empresas licitadoras.	0,85	0,43	0,00	0,85
	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	Ortesis fabricada con un diseño ergonómico que permite se adapte fácilmente a ambas manos.	1,03	0,52	0,00	1,03
ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR CORTA	Se valorará la durabilidad del velcro	Sistema formado por una tira muy fina de velcro para su cierre "adhesivo". Su menor superficie de velcro redundará en una menor durabilidad.	0,82	0,41	0,00	0,00
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	0,62	0,31	0,00	0,62
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo. A excepción del velcro valorado en otro punto.	0,41	0,21	0,00	0,41
INMOVILIZADOR DE CODO	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	No desprende olores de ningún tipo.	1,45	0,73	0,00	1,45

	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	1,09	0,55	0,00	1,09
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Si en su conjunto el inmovilizador es cómodo, la mano queda al aire sin sujeción.	2,91	1,46	0,00	1,46
	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media al disponer de un sistema que hace que la colocación del producto con una sola mano no sea del todo fácil.	3,63	1,82	0,00	1,82
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por la composición del material.	1,82	0,91	0,00	0,91
	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	No desprende olores de ningún tipo.	0,38	0,19	0,00	0,38
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	0,28	0,14	0,00	0,28
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Si en su conjunto el inmovilizador es cómodo, la mano queda al aire sin sujeción.	0,76	0,38	0,00	0,38
	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Sistema de sujeción tipo velcro y banda a través de la cintura que hacen necesitar de ayuda para su colocación aunque no sea difícil su extracción.	0,95	0,48	0,00	0,48
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por su confección y la composición del material.	0,48	0,24	0,00	0,24
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	Permite agarre de la mano en confort ya que el saco es más largo.	1,74	0,87	0,00	1,74
INMOVILIZADOR DE CODO DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO (15° / 30°)	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	La valoración de la característica en su conjunto es	1,05	0,53	0,00	0,53
CABESTRILLO TRANSPIRABLE PARA CODO Y ANTEBRAZO CON CINCHAS FOAM						

	media. Se aprecia ligero olor a goma.				
Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con materiales que no manchan pero que pueden desprender alguna partícula con el uso.	1,05	0,53	0,00	0,53
Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por su confección y la composición del material.	1,40	0,70	0,00	0,70
Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	Si bien es posible su extensión a 90° según aclaración posterior del fabricante, la falta de marcaje de los 90 grados en la Ortesis dificulta el ajuste de la bisagra por parte del paciente para colocar la ortesis a 90°.	2,06	1,03	0,00	0,00
Se valorará la durabilidad las cinchas de sujeción.	Las cinchas se sujetan mediante una hebilla a un solo punto o anclaje no siendo suficientemente estable y con mayor posibilidad de desganche y deterioro que otras ofertas presentadas por parte de los otros licitadores.	1,21	0,61	0,00	0,61
Se valorará el grado de transpirabilidad del material.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con algunos tejidos de transpirabilidad media.	1,49	0,74	0,00	0,74
Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con materiales que no manchan pero que pueden desprender alguna partícula con el uso.	1,21	0,60	0,00	0,60
Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Bisagras y la mayor parte de los componentes de la ortesis son de plástico, se considera de menor durabilidad que si fueran de aluminio u otro material más duradero como el de otras ofertas presentadas.	2,06	1,02	0,00	1,02

ORTESIS
POSTQUIRURGICA PARA
ESTABILIZACIÓN DE
RODILLA CON CONTROL
FLEXO-EXTENSIÓN

CALZADO POSTQUIRÚRGICO CON CUÑA INVERTIDA	Se valorará la comodidad.	La Ortesis dispone de bordes rígidos lo que resta comodidad al paciente.	1,18	0,58	0,00	0,58
	Se valorará la seguridad, antideslizante	El antideslizante de la suela es correcto. La plantilla no está sujeta a la base por lo que la seguridad puede verse afectada.	0,79	0,39	0,00	0,39
	Se valorará la mayor sujeción	Sistema de tiras ajustables para acomodarse a cualquier pie con deformidades significativas o con vendajes y/o escayolas post-operatorias.	0,65	0,32	0,00	0,65
	Se valorará disponga de un ajuste sencillo.	Ajuste muy sencillo mediante velcro resistente ajustable.	0,65	0,31	0,00	0,65
	Se valorará sea un calzado ligero.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Composición de materiales que hacen que la Ortesis tenga una ligereza media.	0,52	0,25	0,00	0,25
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso y al paso del tiempo.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo.	0,37	0,18	0,00	0,37
	TOTAL PUNTUACIÓN		40,00	19,93	0,00	23,94

2. GRAU SOLER, S.A. - Se otorga una valoración de 23,94 puntos.

ARTICULOS A VALORAR	CARACTERISTICAS A VALORAR	VALORACIÓN	CALIDAD		
			Alta	Media	Baja
ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR LARGA	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media. La colocación y extracción no es del todo fácil debido a que está fabricada con materiales algo rígidos.	2,12	1,06	0,00
	Se valorará la durabilidad del velcro	La valoración de la característica en su conjunto es media. De la muestra se desprende que la durabilidad del velcro no es superior ni inferior al resto de las otras opciones presentadas por parte de las otras empresas licitadoras.	1,70	0,85	0,00
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	1,27	0,64	0,00
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo, igual que el resto de las otras opciones presentadas por parte de las otras empresas licitadoras.	0,85	0,43	0,00
ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR CORTA	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	Ortesis fabricada común diseño ergonómico que permite se adapte fácilmente a ambas manos.	1,03	0,52	0,00
	Se valorará la durabilidad del velcro	Sistema formado por una tira muy fina de velcro para su cierre "adhesivo". Su menor superficie de velcro redundará en una menor durabilidad.	0,82	0,41	0,00
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	0,62	0,31	0,00
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo.	0,41	0,21	0,00
INMOVILIZADOR DE CODO	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	No desprende olores de ningún tipo.	1,45	0,73	0,00
					1,45

	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	1,09	0,55	0,00	1,09
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Si en su conjunto el inmovilizador es cómodo, la mano queda al aire sin sujeción.	2,91	1,46	0,00	1,46
	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media al disponer de un sistema que hace que la colocación del producto con una sola mano no sea del todo fácil.	3,63	1,82	0,00	1,82
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por la composición del material.	1,82	0,91	0,00	0,91
	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	No desprende olores de ningún tipo.	0,38	0,19	0,00	0,38
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	0,28	0,14	0,00	0,28
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Si en su conjunto el inmovilizador es cómodo, la mano queda al aire sin sujeción.	0,76	0,38	0,00	0,38
INMOVILIZADOR DE CODO DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO (15° / 30°)	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Sistema de sujeción tipo velcro y banda a través de la cintura que hacen necesitar de ayuda para su colocación aunque no sea difícil su extracción.	0,95	0,48	0,00	0,48
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por su confección y la composición del material.	0,48	0,24	0,00	0,24
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	Permite agarre de la mano en confort ya que el saco es más largo.	1,74	0,87	0,00	1,74
CABESTRILLO TRANSPIRABLE PARA CODO Y ANTEBRAZO CON CINCHAS FOAM	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	La valoración de la característica en su conjunto es	1,05	0,53	0,00	0,53

		media. Se aprecia ligero olor a goma.				
ORTESIS POSTQUIRURGICA PARA ESTABILIZACIÓN DE RODILLA CON CONTROL FLEXO-EXTENSIÓN	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con materiales que no manchan pero que pueden desprender alguna partícula con el uso.	1,05	0,53	0,00	0,53
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por su confección y la composición del material.	1,40	0,70	0,00	0,70
	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	Si bien es posible su extensión a 90° según aclaración posterior del fabricante, la falta de marcaje de los 90 grados en la Ortesis dificulta el ajuste de la bisagra por parte del paciente para colocar la ortesis a 90°.	2,06	1,03	0,00	0,00
	Se valorará la durabilidad las cinchas de sujeción.	Las cinchas se sujetan mediante una hebilla a un solo punto o anclaje no siendo suficientemente estable y con mayor posibilidad de desganche y deterioro que otras ofertas presentadas.	1,21	0,61	0,00	0,61
	Se valorará el grado de transpirabilidad del material.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con algunos tejidos de transpirabilidad media.	1,49	0,74	0,00	0,74
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con materiales que no manchan pero que pueden desprender alguna partícula con el uso.	1,21	0,60	0,00	0,60
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Bisagras y la mayor parte de los componentes de la ortesis son de plástico, se considera de menor durabilidad que si fueran de aluminio u otro material más duradero como el de otras ofertas presentadas por parte de los otros licitadores.	2,06	1,02	0,00	1,02
	Se valorará la comodidad.	La Ortesis dispone de bordes rígidos lo que resta	1,18	0,58	0,00	0,58
CALZADO						

POSTQUIRÚRGICO CON CUÑA INVERTIDA		comodidad al paciente.			
Se valorará la seguridad, antideslizante	El antideslizante de la suela es correcto. La plantilla no está sujeta a la base por lo que la seguridad puede verse afectada.	0,79	0,39	0,00	0,39
Se valorará la mayor sujeción	Sistema de tiras ajustables para acomodarse a cualquier pie con deformidades significativas o con vendajes y/o escayolas post-operatorias.	0,65	0,32	0,00	0,65
Se valorará disponga de un ajuste sencillo.	Ajuste muy sencillo mediante velcro resistente ajustable.	0,65	0,31	0,00	0,65
Se valorará sea un calzado ligero.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Composición de materiales que hacen que la Ortesis tenga una ligereza media.	0,52	0,25	0,00	0,25
Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso y al paso del tiempo.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo.	0,37	0,18	0,00	0,37
TOTAL PUNTUACIÓN		40,00	19,93	0,00	23,94

TOTAL VALORACION:

❖ **EL LOTE 4 - MATERIAL DE ORTESIS - POSTQUIRURGICAS**

1. GRACARE, S.A. - **23,94 puntos.**
2. GRAU SOLER, S.A. - **23,94 puntos.**
3. ILUNION SALUD, S.A. - **28,16 puntos.**
4. ORTOPEDIA HUGUE, S.L. - **27,61 puntos.**



Jordi Gómez Ortega
Coordinador de Enfermería



D. David Martín
Responsable de Compras y Abastecimientos

Sant Cugat del Vallès, a 31 de marzo de 2020.

Se adjunta a continuación copia de los informes de valoración del Lote 4 de las entidades ILUNION SALUD, S.A. y ORTOPEDIA HUGUÉ, S.L., emitido en fecha 25 de febrero de 2020.

❖ **LOTE 4 - MATERIAL DE ORTESIS - POSTQUIRURGICAS**

1 ILUNION SALUD, S.A. - Se otorga una valoración de 28,16 puntos.

ARTICULOS A VALORAR	CARACTERISTICAS A VALORAR	VALORACIÓN	CALIDAD		
			Alta	Media	Baja
ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR LARGA	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	Sistema tipo boa muy fácil de colocar.	2,12	1,06	0,00
	Se valorará la durabilidad del velcro	La valoración de la característica en su conjunto es media debido a su sistema de fijación de cierre con resistencia media.	1,70	0,85	0,00
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no mancha ni desprende partículas con el uso.	1,27	0,64	0,00
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo.	0,85	0,43	0,00
	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media debido a que la colocación por el sistema de sujeción con toda la tira de velcro no es del todo fácil.	1,03	0,52	0,00
ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR CORTA	Se valorará la durabilidad del velcro	Sistema de fijación de cierre muy resistente	0,82	0,41	0,00
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no mancha ni desprende partículas con el uso.	0,62	0,31	0,00
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo.	0,41	0,21	0,00
INMOVILIZADOR DE CODO	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	No se aprecia olores de ninguna clase.	1,45	0,73	0,00
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no mancha ni desprende partículas con el uso.	1,09	0,55	0,00
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	La valoración de la característica en su conjunto es media, pese a que la disposición de la pelota de agarre le da comodidad a la mano, el saco donde	2,91	1,46	0,00

	descansa el brazo es algo corto.				
INMOVILIZADOR DE CODO DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO (15° / 30°)	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media. De la muestra se desprende que el sistema de colocación y extracción no es fácil del todo.	3,63	1,82	0,00
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por la composición del material.	1,82	0,91	0,00
	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	No se aprecia olores de ninguna clase.	0,38	0,19	0,00
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no mancha ni desprende partículas con el uso.	0,28	0,14	0,00
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	Ortesis con cómoda almohadilla con dispositivo de ejercicio de mano para mantener el tono muscular y riesgo sanguíneo.	0,76	0,38	0,00
	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	Al disponer de cincha anti-rotacional y apertura del panel frontal permite una fácil colocación y extracción.	0,95	0,48	0,00
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por la composición del material.	0,48	0,24	0,00
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	La bolsa es lo suficientemente larga para abarcar codo, brazo y mano evitando que ésta quede colgando.	1,74	0,87	0,00
	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Se aprecia un leve olor sin llegar a ser molesto.	1,05	0,53	0,00
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con materiales que no manchan pero que pueden desprender alguna partícula con el uso.	1,05	0,53	0,00
CABESTRILLO TRANSPIRABLE PARA CODO Y ANTEBRAZO CON CINCHAS FOAM	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es	1,40	0,70	0,00
					0,70

		media por la composición del material.				
ORTESIS POSTQUIRURGICA PARA ESTABILIZACIÓN DE RODILLA CON CONTROL FLEXO-EXTENSIÓN	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media. De la muestra se desprende que el sistema de colocación con ambas manos no es del todo fácil.	2,06	1,03	0,00	1,03
	Se valorará la durabilidad las cinchas de sujeción.	Bisagras de aluminio que permiten una muy buena sujeción y durabilidad.	1,21	0,61	0,00	1,21
	Se valorará el grado de transpirabilidad del material.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con algunos tejidos de transpirabilidad media.	1,49	0,74	0,00	0,74
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con materiales que no manchan pero que pueden desprender alguna partícula con el uso.	1,21	0,60	0,00	0,60
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso. Se valorará la comodidad.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo. La valoración de la característica en su conjunto es media. Calzado cómodo en general aunque las tiras son algo estrechas que podrían llegar a causar molestias.	2,06	1,02	0,00	2,06
CALZADO POSTQUIRÚRGICO CON CUÑA INVERTIDA	Se valorará la seguridad, antideslizante	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricado con suela antideslizante de agarre medio.	0,79	0,39	0,00	0,39
	Se valorará la mayor sujeción	Sistema de sujeción tipo velcro con tiras algo finas, por lo que se considera que la sujeción es de tipo medio.	0,65	0,32	0,00	0,32
	Se valorará disponga de un ajuste sencillo.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Calzado con sistema de cierre de dificultad media.	0,65	0,31	0,00	0,31

Se valorará sea un calzado ligero.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Composición de materiales que hacen que la Ortesis tenga una ligereza media.	0,52	0,25	0,00	0,25
Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso y al paso del tiempo.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo.	0,37	0,18	0,00	0,37
TOTAL PUNTUACIÓN		40,00	19,93	0,00	28,16

2 ORTOPEDIA HUGUE, S.L.- Se otorga una valoración de 27,61 puntos.

ARTICULOS A VALORAR	CARACTERÍSTICAS A VALORAR	VALORACIÓN	CALIDAD		
			Alta	Media	Baja
ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR LARGA	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media. La colocación y extracción no es del todo fácil debido a que está fabricada con materiales algo rígidos.	2,12	1,06	0,00
	Se valorará la durabilidad del velcro	La valoración de la característica en su conjunto es media. De la muestra se desprende que la durabilidad del velcro es media.	1,70	0,85	0,00
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	1,27	0,64	0,00
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo.	0,85	0,43	0,00
ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR CORTA	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	Ortesis fabricada con un diseño ergonómico que permite se adapte, se extraiga y se coloque fácilmente a ambas manos.	1,03	0,52	0,00
	Se valorará la durabilidad del velcro	De la muestra se desprende que la duración de las propiedades del velcro será menor debido a que el sistema está formado por una fina tira para su cierre "adhesivo".	0,82	0,41	0,00

INMOVILIZADOR DE CODO	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	0,62	0,31	0,00	0,62
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo.	0,41	0,21	0,00	0,41
	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	No desprende olores de ningún tipo.	1,45	0,73	0,00	1,45
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	1,09	0,55	0,00	1,09
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Si en su conjunto el inmovilizador es cómodo, la mano queda al aire sin sujeción.	2,91	1,46	0,00	1,46
	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media al disponer de un sistema que hace que la colocación del producto con una sola mano no sea del todo fácil.	3,63	1,82	0,00	1,82
INMOVILIZADOR DE CODO DE ABDUCCIÓN DE HOMBRO (15° / 30°)	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por la composición del material.	1,82	0,91	0,00	0,91
	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	No desprende olores de ningún tipo.	0,38	0,19	0,00	0,38
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	Fabricada con tejidos que no manchan ni desprenden partículas con el uso.	0,28	0,14	0,00	0,28
	Se valorará asegure también el confort de la mano.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Si en su conjunto el inmovilizador es cómodo, la mano queda al aire sin sujeción.	0,76	0,38	0,00	0,38
	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Sistema de sujeción tipo velcro y banda a través de la cintura que hacen necesitar de ayuda para su colocación aunque no sea difícil su extracción.	0,95	0,48	0,00	0,48
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por su confección y la composición del	0,48	0,24	0,00	0,24

		material.					
CABESTRILLO TRANSPIRABLE PARA CODO Y ANTEBRAZO CON CINCHAS FOAM	Se valorará asegure también el confort de la mano.	Permite agarre de la mano en confort ya que el saco es más largo.	1,74	0,87	0,00	1,74	
	Se valorará la ausencia de olor fuerte y desagradable.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Se aprecia ligero olor a goma.	1,05	0,53	0,00	0,53	
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con materiales que no manchan pero que pueden desprender alguna partícula con el uso.	1,05	0,53	0,00	0,53	
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media por su confección y la composición del material.	1,40	0,70	0,00	0,70	
ORTESIS POSTQUIRURGICA PARA ESTABILIZACIÓN DE RODILLA CON CONTROL FLEXO-EXTENSIÓN	Se valorará la facilidad de colocación y extracción.	La valoración de la característica en su conjunto es media al disponer de un sistema que hace que la colocación del producto con una sola mano no sea del todo fácil.	2,06	1,03	0,00	1,03	
	Se valorará la durabilidad las cinchas de sujeción.	Bisagras de aluminio que permiten una muy buena sujeción y durabilidad.	1,21	0,61	0,00	1,21	
	Se valorará el grado de transpirabilidad del material.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con algunos tejidos de transpirabilidad media.	1,49	0,74	0,00	0,74	
	Se valorará que no manche ni desprenda partículas con el uso.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Fabricada con materiales que no manchan pero que pueden desprender alguna partícula con el uso.	1,21	0,60	0,00	0,60	
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo.	2,06	1,02	0,00	2,06	

CALZADO POSTQUIRÚRGICO CON CUÑA INVERTIDA	Se valorará la comodidad.	Tira amplia, no se clava en el pie al caminar.	1,18	0,58	0,00	1,18
	Se valorará la seguridad, antideslizante	Suela que se adhiere muy bien al suelo.	0,79	0,39	0,00	0,79
	Se valorará la mayor sujeción	Sistema de tiras ajustables para acomodarse a cualquier pie con deformidades significativas o con vendajes y/o escayolas post-operatorias.	0,65	0,32	0,00	0,65
	Se valorará disponga de un ajuste sencillo.	Ajuste muy sencillo mediante velcro resistente ajustable.	0,65	0,31	0,00	0,65
	Se valorará sea un calzado ligero.	La valoración de la característica en su conjunto es media. Composición de materiales que hacen que la Ortesis tenga una ligereza media.	0,52	0,25	0,00	0,25
	Se valorará la durabilidad de la Ortesis y el mantenimiento de sus propiedades inalterables al uso y al paso del tiempo.	Fabricada con materiales muy duraderos y resistentes al paso del tiempo.	0,37	0,18	0,00	0,37
	TOTAL Puntuación		40,00	19,93	0,00	27,61

TOTAL VALORACION:

❖ **LOTE 1 - SILLAS DE RUEDAS Y ACCESORIOS**

1. ORTOPEDIA HUGUE, S.L. - 25,40 puntos.

❖ **LOTE 2 - MATERIAL DE ORTESIS - EXTREMIDAD SUPERIOR**

1. ORTOPEDIA HUGUE, S.L. - 24,49 puntos.

❖ **EL LOTE 3 - MATERIAL DE ORTESIS - EXTREMIDAD INFERIOR**


1. GRAU SOLER, S.A. - 24,92 puntos.

❖ **EL LOTE 4 - MATERIAL DE ORTESIS - POSTQUIRURGICAS**

1. ILUNION SALUD, S.A. - 28,16 puntos.
2. ORTOPEDIA HUGUE, S.L. - 27,61 puntos.



Jordi Gómez Ortega
Coordinador de Enfermería



D. David Martín
Responsable de Compras y Abastecimientos

Sant Cugat del Vallès, a 25 de febrero de 2020.